


Б о л н и ц а
Л о з е н е ц

е п е т с
t a l
962-4771

Утвърждавам:  Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД
За Възложител:

/Десислава Пенчева/

ПРОТОКОЛ

№ IX - 4 - 7/29.03/2018 г.

На Комисията назначена със Заповед № IX-4-6/ 27.02.2018 г. за избор на изпълнител по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки.

Днес, 27.02.2018 година, в 10.00 ч., в административната сграда на Университетска болница "Лозенец", КОМИСИЯТА определена със Заповед № IX-4-6/ 27.02.2018 година на Възложителя, в състав:

Председател: д-р Мария Радкова – лекар

Членове: Даниела Бранкова – ст. мед. сестра

Ралица Туйкова – експерт по обществени поръчки

се събра на заседание по повод избор на изпълнител на следното: „Доставка на рентгеново защитно облекло за нуждите на Болница „Лозенец““

На заседанието не присъстваха представители на участника.

Членовете на комисията попълниха и подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Комисията установи, че до определените в Обява IX-4-1/19.02.2018 г. дата и час за представяне на документи за участие са постъпили три оферти, както следва:

- от „Илан Медицинска Апаратура“ ООД
- от „Медикъл Имидж“ ООД
- от „Новимед Кардио“ ЕООД

I. Комисията започна своята работа с отваряне на офертите в реда на постъпването им:

1. Оферта с входящ № IX-4-3/26.02.2018 г. , постъпила на 26.02.2018 г. в 10.52 часа, подадена от „Илан Медицинска Апаратура“ ООД, ЕИК 103597142, със седалище: гр. Варна 9002, ул. „Кирил Шиваров“ № 9, вх. Б, тел. 052 612259, факс: 052 612258, e-mail: office@ilan.bg, представлявано от Анна Вачкова и Илья Лаптев – управители, заедно и поотделно. Офертата е подписана от Анна Вачкова.

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка на участника и оповести нейното съдържание. Комисията констатира наличие на документи за участие, техническо и ценово предложение.

Комисията констатира, че са налични и редовни изискуемите документи на участника „Илан Медицинска Апаратура“ ООД. Комисията обяви предложената цена.

На основание чл. 23 ал. 4 от Закон за Търговския регистър, Комисията извърши служебна проверка за Актуално състояние на участника и за липса на вписани обстоятелства – Несъстоятелност и Ликвидация и приложи разпечатки от извършените проверки.

2. Оферта с входящ № IX-4-4/26.02.2018 г. , постъпила на 26.02.2018 г. в 11,02 часа, подадена от „Медикъл Имидж“ ООД, ЕИК 130488072, със седалище: гр. София 1505, ул. „Франсис Пресансе“ № 15 и адрес за кореспонденция: София 1505, ул. „Каймакчалан“ 1, тел. 02 9442290, факс: 02 9442916, e-mail: dimaging@meddimage.com, представлявано от Марчела Банова-Габровска – управител.

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка на участника и оповести нейното съдържание. Комисията констатира наличие на документи за участие, техническо и ценово предложение.

Комисията констатира, че са налични и редовни изискуемите документи на участника „Медикъл Имидж“ ООД. Комисията обяви предложената цена.

На основание чл. 23 ал. 4 от Закон за Търговския регистър, Комисията извърши служебна проверка за Актуално състояние на участника и за липса на вписани обстоятелства – Несъстоятелност и Ликвидация и приложи разпечатки от извършените проверки.

3. Оферта с входящ № IX-4-5/26.02.2018 г. , постъпила на 26.02.2018 г. в 11,33 часа, подадена от „Новимед Кардио“ ЕООД, ЕИК 204128693, със седалище: гр. София 1404, ж.к. „Манастирски ливади Б“, бл. 65, сгр. Евроцентър, ет. 2, тел. 02 4219069, факс: 02 8548144, e-mail: novimed@inet.bg, представлявано от Тодор Петков – управител.

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка на участника и оповести нейното съдържание. Комисията констатира наличие на документи за участие, техническо и ценово предложение.

Комисията констатира, че са налични и редовни изискуемите документи на участника „Новимед Кардио“ ЕООД. Комисията обяви предложената цена.

На основание чл. 23 ал. 4 от Закон за Търговския регистър, Комисията извърши служебна проверка за Актуално състояние на участника и за липса на вписани обстоятелства – Несъстоятелност и Ликвидация и приложи разпечатки от извършените проверки.

С това приключи публичната част от работата на Комисията.

II. Комисията, в пълен състав, продължи работата си на 27.03.2018 г. и разгледа техническите предложения на участниците и провери съответствието им с изискванията за изпълнение на поръчката и изискванията към участниците, утвърдени в Обява от възложителя:

I. Техническото предложение на „Илан Медицинска Апаратура“ ООД, съответства на изискванията за изпълнение на поръчката и изискванията в Техническата спецификация утвърдени в Обява от възложителя, с изключение на:

- По номенклатурни единици 1, 2, 3 и 4 са оферирани различни размери защитни костюми – пола и жилетка с предно прихлупване и препокриване, с удвояване на оловния еквивалент от 0,35 мм Рб на жилетката, при изискване той да е 0,35 мм Рб.

- По номенклатурни единици 1, 2, 3 и 4 са оферирани различни размери защитни костюми – пола и жилетка с предно прихлупване и препокриване, без да е описано удвояване на оловния еквивалент от 0,35 мм Рб в зоната на препокриване.

- По номенклатурни единици 9, 10, 11 и 12 са оферирани различни размери защитни костюми – пола и жилетка с предно прихлупване и препокриване, без да е описано удвояване на оловния еквивалент от 0,35 мм Рб в зоната на препокриване.

- По номенклатурна единица 15 са оферирани защитни очила с оловен коефициент 0,8 мм Рб, без да е посочено дали имат страничен оловен коефициент от 0,35 mm Рб, каквото е изискването.

- Няма представени брошури или каталози за оферирания продукт по номенклатурна единица 17.

Комисията РЕШИ:

Предвид посочените констатации, Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, да отстрани участника „Илан Медицинска Апаратура“ ООД от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на рентгеново защитно облекло за нуждите на Болница „Лозенец““.

Мотиви:

Така представеното от участника „Илан Медицинска Апаратура“ ООД техническо предложение не съответства на изискванията на Техническата спецификация, оферирани са защитни костюми и защитни очила с оловен еквивалент различен от искания и не са представени брошури или каталози за оферирания продукт по номенклатурна единица 17. Участникът „Илан Медицинска Апаратура“ ООД е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените изискванията за изпълнение на поръчката и изискванията на Техническата спецификация, утвърдени в Обява от възложителя.

2. Техническото предложение на „Медикъл Имидж“ ООД съответства на изискванията за изпълнение на поръчката и изискванията в Техническата спецификация, утвърдени в Обява от възложителя.

Комисията РЕШИ:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Медикъл Имидж“ ООД е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

3. Техническото предложение на „Новимед Кардио“ ЕООД, съответства на изискванията за изпълнение на поръчката и изискванията в Техническата спецификация утвърдени в Обява от възложителя, с изключение на:

- По номенклатурни единици 1, 2, 3 и 4 са оферирани различни размери защитни костюми – пола и жилетка с предно прихлупване и препокриване с удвояване на оловния еквивалент от 0,35 мм Рb, при изискване той да е 0,35 мм Рb;

- По номенклатурни единици 9, 10, 11 и 12 са оферирани различни размери защитни костюми – пола и жилетка с предно прихлупване и препокриване с оловен еквивалент 0,35 мм Рb, при изискване да са с оловен еквивалент 0,5 мм Рb;

Комисията РЕШИ:

Предвид посочените констатации, Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, да отстрани участника „Новимед Кардио“ ЕООД от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на рентгеново защитно облекло за нуждите на Болница „Лозенец““.

Мотиви:

Така представеното от участника „Новимед Кардио“ ЕООД техническо предложение не съответства на изискванията на Техническата спецификация, оферирани са защитни костюми с оловен еквивалент различен от искания. Участникът „Новимед Кардио“ ЕООД е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените изискванията за изпълнение на поръчката и изискванията на Техническата спецификация, утвърдени в Обява от възложителя.

III. Комисията разгледа ценовото предложение на допуснатия участник и извърши класиране по критерия за възлагане „Най-ниска цена“:

На първо място участника „Медикъл Имидж“ ООД с предложена цена 36 232,56 /тридесет и шест хиляди двеста тридесет и два и 0,56/ лева без ДДС;

IV. Комисията предлага на възложителя:

Да сключи договор за „Доставка на рентгеново защитно облекло за нуждите на Болница „Лозенец““ с класирания на първо място участник „Медикъл Имидж“ ООД.

Решенията на комисията бяха взети с мнозинство, нямаше изразени особени мнения от член на комисията.

КОМИСИЯ:

Председател: д-р Мария Радкова – ...

Членове: Даниела Бранкова – ..

Ралица Туйкова – ...

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД