



## ПРОТОКОЛ

№ VII - 20 - ..... 18 29.03.2018 г.

Изготвен в съответствие с Раздел VIII от ППЗОП за работата на комисията назначена със Заповед № VII-20-10/12.12.2017 г. на Възложителя, за провеждане на открита процедура за сключване на договор с предмет: **“Доставка на медицински изделия и консумативи за сърдечносъдова хирургия”**, открита с Решение № VII-20-2/06.11.2017 г.

Комисията присъства в състав, както следва:

Председател: д-р Вили Пъшев – лекар, кардиохирург  
Членове: д-р Васил Козаров – лекар, кардиохирург  
Даниела Бранкова – ст. операционна сестра  
Аделина Михайлова – началник отдел „Правен“  
Ралица Туйкова – експерт по обществени поръчки

Заседанието се ръководи от председателя на комисията.

I. На 26.01.2018 г. комисията в пълен състав продължи работа си на закрито заседание с разглеждането на постъпилите документи на участниците в реда на тяхното постъпване:

1. Комисията извърши проверка по предоставените документи и установи, че в указания срок са постъпили изисканите от участника **„БМС-Европа“ ЕООД** с протокол № VII-20-12/10.01.2018 г. документи.

КОМИСИЯТА пристъпи към разглеждане на постъпилите с писмо с входящ № VII-20-13/11.01.2018 г. документи и установи, че участникът **„БМС-Европа“ ЕООД** е представил правилно попълнен ЕЕДОП за обособени позиции I, II, III, IV, V, IX, XI и XIV.

КОМИСИЯТА РЕШИ:

Допуска **„БМС-Европа“ ЕООД** за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на медицински изделия и консумативи за сърдечносъдова хирургия”**, за обособени позиции I, II, III, IV, V, IX, XI и XIV.

2. Комисията извърши проверка по предоставените документи и установи, че в указания срок са постъпили изисканите от участника **„Медимекс - П“ ЕООД** с протокол № VII-20-12/10.01.2018 г. документи.

КОМИСИЯТА пристъпи към разглеждане на постъпилите с писмо с входящ № VII-20-14/12.01.2018 г. документи и установи, че участникът **„Медимекс - П“ ЕООД** е представил правилно попълнен ЕЕДОП за обособени позиции I и XXIV.

КОМИСИЯТА РЕШИ:

Допуска **„Медимекс - П“ ЕООД** за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на медицински изделия и консумативи за сърдечносъдова хирургия”**, за обособени позиции I и XXIV.

II. Комисията продължи своята работа на 15.03.2018 г. на закрито заседание и разгледа техническите предложения на допуснатите участници в реда на подаване на офертите, и като ги съпостави с изискванията на Възложителя, заложи в техническата спецификация установи, че:

1. Участникът „Фьоникс Фарма“ ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция XVI “Балони за контрапулсатор”.

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Участникът не е предоставил мостри на офертираните продукти. Комисията извърши проверка и установи, че офертираните медицински изделия са били доставяни в Болница „Лозенец“ през последните три години. Комисията извърши проверка по предоставените документи и установи, че офертата отговаря на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ) и съответства на изискванията заложи в техническата спецификация.

Комисията РЕШИ:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Фьоникс Фарма“ ЕООД за обособена позиция XVI “Балони за контрапулсатор” е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

2. Участникът „Медицинска техника инженеринг“ ООД е представил техническо предложение за обособена позиция XVIII „Аксесоари, използвани при хирургия на вените“.

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Участникът е предоставил мостра на офертирания продукт, която съответства на изискванията заложи в техническата спецификация. Комисията извърши проверка по предоставените документи и установи, че офертата отговаря на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ) и съответства на изискванията заложи в техническата спецификация.

Комисията РЕШИ:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Медицинска техника инженеринг“ ООД за обособена позиция XVIII „Аксесоари, използвани при хирургия на вените“ е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

3. Участникът „Медицинска техника инженеринг“ ООД е представил техническо предложение за обособена позиция XIX „Катетри Фогарти“.

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Участникът е предоставил мостри на офертираните продукти, които съответстват на изискванията заложи в техническата спецификация. Комисията извърши проверка по предоставените документи и установи, че офертата отговаря на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ) и съответства на изискванията заложи в техническата спецификация.

Комисията РЕШИ:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Медицинска техника инженеринг“ ООД за обособена позиция XIX „Катетри Фогарти“ е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

4. Участникът „Медицинска техника инженеринг“ ООД е представил техническо предложение за обособена позиция XXIV „Система за външна аспирация и дренаж“.

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Участникът е предоставил мостри на оферираните продукти. Комисията извърши проверка по предоставените документи и мостри и установи, че оферираните медицински изделия съответстват на изискванията заложи в техническата спецификация, с изключение на оферирания продукт по номенклатурна единица 1, който е с дължина 2,10 м, при изискване за дължина 2,5 м - 3 м.

Комисията РЕШИ:

Предвид посочените констатации, Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, да отстрани участника „Медицинска техника инженеринг“ ООД от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия и консумативи за сърдечносъдова хирургия“ за обособена позиция XXIV „Система за външна аспирация и дренаж“.

Мотиви:

Участникът „Медицинска техника инженеринг“ ООД е представил техническо предложение за обособена позиция XXIV „Система за външна аспирация и дренаж“, което не отговаря на предварително обявените изисквания в Техническата спецификация - оферирания продукт по номенклатурна единица 1 е с дължина 2,10 м, при изискване за дължина 2,5 м - 3 м. Участникът „Медицинска техника инженеринг“ ООД е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

5. Участникът „Медимаг“ ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция II „Сърдечни клапни протези - механични, с пиролитно или карбоново покритие и шевен ринг, различен от Dacron“.

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Участникът не е предоставил мостри на оферираните продукти. Комисията извърши проверка и установи, че оферираните медицински изделия са били доставяни в Болница „Лозенец“ през последните три години. Комисията извърши проверка дали оферираните продукти са включени в списъка на НЗОК, публикуван на сайта <https://www.nhif.bg/page/1467> и установи, че са включени в Списъка на медицинските изделия, прилагани в болничната помощ, които НЗОК ще заплаща извън стойността на клиничните пътеки. Комисията извърши проверка по предоставените документи и установи, че офертата отговаря на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ) и съответства на изискванията заложи в техническата спецификация.

Комисията РЕШИ:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Медимаг“ ЕООД за обособена позиция II „Сърдечни клапни протези - механични, с пиролитно или карбоново покритие и шевен ринг, различен от Dacron“ е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

6. Участникът „Медимаг“ ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция III „Сърдечни клапни протези - биологични, със стент“.

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Участникът не е предоставил мостри на оферираните продукти. Комисията извърши проверка и установи, че оферираните медицински изделия са били доставяни в Болница „Лозенец“ през последните три години. Комисията извърши проверка дали оферираните продукти са включени в списъка на НЗОК, публикуван на сайта <https://www.nhif.bg/page/1467> и установи, че са включени в Списъка на медицинските изделия, прилагани в болничната помощ, които НЗОК ще заплаща извън стойността на клиничните пътеки. Комисията извърши проверка по предоставените документи и установи,

че офертата отговаря на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ) и съответства на изискванията заложи в техническата спецификация.

Комисията РЕШИ:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Медимаг“ ЕООД за обособена позиция III „Сърдечни клапни протези - биологични, със стент“ е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

7. Участникът „Медимаг“ ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция IV „Рингове за клапна реконструкция (анулопластика) - класически полутвърди и твърди, отворени и затворени“.

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Участникът не е предоставил мостри на офертираните продукти. Комисията извърши проверка и установи, че офертираните медицински изделия са били доставяни в Болница „Лозенец“ през последните три години. Комисията извърши проверка дали офертираните продукти са включени в списъка на НЗОК, публикуван на сайта <https://www.nhif.bg/page/1467> и установи, че са включени в Списъка на медицинските изделия, прилагани в болничната помощ, които НЗОК ще заплаща извън стойността на клиничните пътеки. Комисията извърши проверка по предоставените документи и установи, че офертата отговаря на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ) и съответства на изискванията заложи в техническата спецификация.

Комисията РЕШИ:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Медимаг“ ЕООД за обособена позиция IV „Рингове за клапна реконструкция (анулопластика) - класически полутвърди и твърди, отворени и затворени“ е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

8. Участникът „Медимаг“ ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция V „Рингове за клапна реконструкция (анулопластика) - с 3D форма, позволяваща движение на различните части на пръстена“.

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Участникът не е предоставил мостри на офертираните продукти. Комисията извърши проверка и установи, че офертираните медицински изделия са били доставяни в Болница „Лозенец“ през последните три години. Комисията извърши проверка дали офертираните продукти са включени в списъка на НЗОК, публикуван на сайта <https://www.nhif.bg/page/1467> и установи, че са включени в Списъка на медицинските изделия, прилагани в болничната помощ, които НЗОК ще заплаща извън стойността на клиничните пътеки. Комисията извърши проверка по предоставените документи и установи, че офертата отговаря на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ) и съответства на изискванията заложи в техническата спецификация.

Комисията РЕШИ:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Медимаг“ ЕООД за обособена позиция V „Рингове за клапна реконструкция (анулопластика) - с 3D форма, позволяваща движение на различните части на пръстена“ е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

9. Участникът „Медимаг“ ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция IX „Сърдечна клапна протеза - кондюит, с механична клапна протеза“.

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Участникът не е предоставил мостри на офериранияте продукти. Комисията извърши проверка и установи, че офериранияте медицински изделия са били доставяни в Болница „Лозенец“ през последните три години. Комисията извърши проверка дали офериранияте продукти са включени в списъка на НЗОК, публикуван на сайта <https://www.nhif.bg/page/1467> и установи, че са включени в Списъка на медицинските изделия, прилагани в болничната помощ, които НЗОК ще заплаща извън стойността на клиничните пътеки. Комисията извърши проверка по предоставените документи и установи, че офертата отговаря на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ) и съответства на изискванията заложи в техническата спецификация.

Комисията РЕШИ:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Медимаг“ ЕООД за обособена позиция IX „Сърдечна клапна протеза - кондюит, с механична клапна протеза“ е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

10. Участникът „Медимаг“ ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция X „Сърдечна клапна протеза - кондюит, с биологична клапна протеза“.

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Участникът не е предоставил мостри на офериранияте продукти. Комисията извърши проверка и установи, че офериранияте медицински изделия са били доставяни в Болница „Лозенец“ през последните три години. Комисията извърши проверка дали офериранияте продукти са включени в списъка на НЗОК, публикуван на сайта <https://www.nhif.bg/page/1467> и установи, че са включени в Списъка на медицинските изделия, прилагани в болничната помощ, които НЗОК ще заплаща извън стойността на клиничните пътеки. Комисията извърши проверка по предоставените документи и установи, че офертата отговаря на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ) и съответства на изискванията заложи в техническата спецификация.

Комисията РЕШИ:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Медимаг“ ЕООД за обособена позиция X „Сърдечна клапна протеза - кондюит, с биологична клапна протеза“ е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

11. Участникът „Медимаг“ ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция XIV „Канюли и сетове за ЕКК“.

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Участникът не е предоставил мостри на офериранияте продукти. Комисията извърши проверка и установи, че офериранияте медицински изделия са били доставяни в Болница „Лозенец“ през последните три години. Комисията извърши проверка по предоставените документи и установи, че офертата отговаря на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ) и съответства на изискванията заложи в техническата спецификация.

Комисията РЕШИ:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Медимаг“ ЕООД за обособена позиция XIV „Канюли и сетове за ЕКК“ е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

12. Участникът „Медимаг“ ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция XV „Съдов турникет“.

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Участникът не е предоставил мостри на оферираните продукти. Комисията извърши проверка и установи, че оферираните медицински изделия са били доставяни в Болница „Лозенец“ през последните три години. Комисията извърши проверка по предоставените документи и установи, че офертата отговаря на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ) и съответства на изискванията заложи в техническата спецификация.

Комисията РЕШИ:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Медимаг“ ЕООД за обособена позиция XV „Съдов турникет“ е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

13. Участникът „Медимаг“ ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция XIX „Катетри Фогарти“.

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Участникът не е предоставил мостри на оферираните продукти. Комисията извърши проверка и установи, че оферираните медицински изделия са били доставяни в Болница „Лозенец“ през последните три години. Комисията извърши проверка по предоставените документи и установи, че офертата отговаря на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ) и съответства на изискванията заложи в техническата спецификация.

Комисията РЕШИ:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Медимаг“ ЕООД за обособена позиция XIX „Катетри Фогарти“ е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

14. Участникът „РСР“ ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция XIX „Катетри Фогарти“.

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Участникът е предоставил мостри на оферираните продукти, които съответстват на изискванията заложи в техническата спецификация. Комисията извърши проверка по предоставените документи и установи, че офертата отговаря на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ) и съответства на изискванията заложи в техническата спецификация.

Комисията РЕШИ:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „РСР“ ЕООД за обособена позиция XIX „Катетри Фогарти“ е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

15. Участникът „РСР“ ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция XXIV „Система за външна аспирация и дренаж“.

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Участникът не е предоставил мостри на оферираните продукти. Комисията извърши проверка и установи, че оферираните медицински изделия са били доставяни в Болница „Лозенец“ през последните три години. Комисията извърши проверка по предоставените документи и установи, че офертата отговаря на изискванията на Закона за



медицинските изделия (ЗМИ) и съответства на изискванията заложи в техническата спецификация.

Комисията РЕШИ:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „РСР“ ЕООД за обособена позиция XXIV „Система за външна аспирация и дренаж“ е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

16. Участникът „Интерагро - 90“ ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция II „Сърдечни клапни протези - механични, с пиролитно или карбоново покритие и шевен ринг, различен от Dacron“.

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Участникът не е предоставил мостри на офертираните продукти. Комисията извърши проверка и установи, че офертираните медицински изделия са били доставяни в Болница „Лозенец“ през последните три години. Комисията извърши проверка дали офертираните продукти са включени в списъка на НЗОК, публикуван на сайта <https://www.nhif.bg/page/1467> и установи, че са включени в Списъка на медицинските изделия, прилагани в болничната помощ, които НЗОК ще заплаща извън стойността на клиничните пътеки. Комисията извърши проверка по предоставените документи и установи, че офертата отговаря на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ) и съответства на изискванията заложи в техническата спецификация.

Комисията РЕШИ:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Интерагро - 90“ ЕООД за обособена позиция II „Сърдечни клапни протези - механични, с пиролитно или карбоново покритие и шевен ринг, различен от Dacron“ е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

17. Участникът „Интерагро - 90“ ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция III „Сърдечни клапни протези - биологични, със стент“.

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Участникът е предоставил мостри на офертираните продукти. Комисията извърши проверка дали офертираните продукти са включени в списъка на НЗОК, публикуван на сайта <https://www.nhif.bg/page/1467> и установи, че са включени в Списъка на медицинските изделия, прилагани в болничната помощ, които НЗОК ще заплаща извън стойността на клиничните пътеки. Комисията извърши проверка по предоставените документи и установи, че офертата отговаря на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ) и съответства на изискванията заложи в техническата спецификация.

Комисията РЕШИ:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Интерагро - 90“ ЕООД за обособена позиция III „Сърдечни клапни протези - биологични, със стент“ е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

18. Участникът „Интерагро - 90“ ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция XXII „Сетове за вакуум стабилизираща система за биещо сърце“.

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Участникът не е предоставил мостри на офертираните продукти. Комисията извърши проверка и установи, че офертираните медицински изделия са били доставяни в Болница „Лозенец“ през последните три години. Комисията извърши проверка по предоставените документи и установи, че офертата отговаря на изискванията на Закона за

медицинските изделия (ЗМИ) и съответства на изискванията заложи в техническата спецификация.

Комисията РЕШИ:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Интерагро - 90“ ЕООД за обособена позиция XXII „Сетове за вакуум стабилизираща система за биещо сърце“ е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

19. Участникът „Интерагро - 90“ ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция XXIII „Аортни пънчове“.

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Участникът не е предоставил мостри на офертираните продукти. Комисията извърши проверка и установи, че офертираните медицински изделия са били доставяни в Болница „Лозенец“ през последните три години. Комисията извърши проверка по предоставените документи и установи, че офертата отговаря на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ) и съответства на изискванията заложи в техническата спецификация.

Комисията РЕШИ:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Интерагро - 90“ ЕООД за обособена позиция XXIII „Аортни пънчове“ е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

20. Участникът „Медимекс - П“ ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция I „Оксигенатори“.

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Участникът не е предоставил мостри на офертираните продукти. Комисията извърши проверка и установи, че офертираните медицински изделия са били доставяни в Болница „Лозенец“ през последните три години. Комисията извърши проверка по предоставените документи и установи, че офертата отговаря на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ) и съответства на изискванията заложи в техническата спецификация.

Комисията РЕШИ:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Медимекс - П“ ЕООД за обособена позиция I „Оксигенатори“ е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

21. Участникът „Медимекс - П“ ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция XXIV „Система за външна аспирация и дренаж“.

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Участникът е предоставил мостри на офертираните продукти. Комисията извърши проверка по предоставените документи и установи, че офертата отговаря на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ) и съответства на изискванията заложи в техническата спецификация.

Комисията РЕШИ:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Медимекс - П“ ЕООД за обособена позиция XXIV „Система за външна аспирация и дренаж“ е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.



22. Участникът „БМС - Европа“ ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция I „Оксигенатори“.

Комисията разгледа офертата на участника „БМС - Европа“ ЕООД и провери за съответствие с предварително обявените условия.

Комисията констатира, че са приложени заверени от участника копия на декларация за съответствие на оферирания медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ за номенклатурни единици 1, 2, 6, 7 и 9 и проспекти на български език с технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба за номенклатурни единици 1, 6, 7, 8 и 9. Участникът е представил мостри на оферирания продукт по номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8. Комисията извърши проверка и установи, че оферирания продукт по номенклатурна единица 7 не е бил доставян в Болница „Лозенец“.

Комисията извърши проверка по предоставените документи и мостри и установи, че участникът:

- не е представил сертификати за качество на оферирания медицински изделия;
- не е представил декларация за съответствие на оферирания медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ за номенклатурни единици 3, 4, 5 и 8;
- не е приложил проспекти на български език с технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба за номенклатурни единици 2, 3, 4 и 5;
- не е представил мостра на оферирания продукт по номенклатурна единица 7;
- е оферирал по номенклатурна единица 1 оксигенатор с венозен кардиотомен резервоар с вместимост 4000 мл, при изискване да е не по-малък от 4500 мл;
- в приложените проспекти с пълни технически показатели и параметри на предложените продукти по номенклатурна единица 1 няма информация относно наличие на интегрирана горна/долна защита клапа, позволяваща "VAVD" процедура, контактната повърхност и коефициента на интегрирания топлообменник и за съдържанието на сета към оферирания оксигенатор;
- е приложил мостра за номенклатурна единица 2, която е без игла, при изискване да е с метална игла 7 см, няма проспекти или друга информация относно оферирания сет за кристалоидна кардиоплегия;
- е посочил в техническото предложение за номенклатурна единица 3 кардиотомен резервоар от 2500 мл, при изискване за 3000 мл, няма проспекти или друга информация относно оферирания кардиотомен резервоар;

Така предоставената оферта не отговаря на изискванията на Възложителя записани в техническата спецификация.

Комисията РЕШИ:

Предвид посочените констатации, Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, да отстрани участника „БМС - Европа“ ЕООД от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: *„Доставка на медицински изделия и консумативи за сърдечносъдова хирургия“* за обособена позиция I „Оксигенатори“.

**Мотиви:**

Участникът „БМС - Европа“ ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция I „Оксигенатори“, което не отговаря на предварително обявените от Възложителя изисквания, като не е представил сертификати за качество на оферирания медицински изделия, не е представил декларация за съответствие на оферирания

медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ за номенклатурни единици 3, 4, 5 и 8, не е приложил проспекти на български език с технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба за номенклатурни единици 2, 3, 4 и 5, не е представил мостра на оферирания продукт по номенклатурна единица 7, оферирал е по номенклатурна единица 1 оксигенатор с венозен кардиотомен резервоар с вместимост 4000 мл, при изискване да е не по-малък от 4500 мл, в приложените проспекти с пълни технически показатели и параметри на предложените продукти по номенклатурна единица 1 няма информация относно наличие на интегрирана горна/долна защита клапа, позволяваща "VAVD" процедура, контактната повърхност и коефициента на интегрирания топлообменник и за съдържанието на сета към оферирания оксигенатор, приложил е мостра за номенклатурна единица 2, която е без игла, при изискване да е с метална игла 7 см, няма проспекти или друга информация относно оферирания сет за кристалоидна кардиоплегия, посочил е в техническото предложение за номенклатурна единица 3 кардиотомен резервоар от 2500 мл, при изискване за 3000 мл, няма проспекти или друга информация относно оферирания кардиотомен резервоар. Участникът „БМС - Европа“ ЕООД е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката в т. 3.5.1. букви „е“, „з“ и „к“ от **Раздел V Изисквания към съдържанието на офертата** от документацията за участие и техническата спецификация.

23. Участникът „БМС - Европа“ ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция II „Сърдечни клапни протези - механични, с пиролитно или карбоново покритие и шевен ринг, различен от Dacron“.

Комисията разгледа офертата на участника „БМС - Европа“ ЕООД и провери за съответствие с предварително обявените условия. Комисията констатира, че не са приложени проспекти на български език с технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба /приложен е каталог на английски език/. Участникът е предоставил мостри на оферирания продукти. Комисията извърши проверка по предоставените документи и установи, че така предоставената оферта не отговаря на изискванията на Възложителя.

Комисията РЕШИ:

Предвид посочените констатации, Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, да отстрани участника „БМС - Европа“ ЕООД от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на медицински изделия и консумативи за сърдечносъдова хирургия“** за обособена позиция II „Сърдечни клапни протези - механични, с пиролитно или карбоново покритие и шевен ринг, различен от Dacron“.

**Мотиви:**

Участникът „БМС - Европа“ ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция II „Сърдечни клапни протези - механични, с пиролитно или карбоново покритие и шевен ринг, различен от Dacron“, което не отговаря на предварително обявените от Възложителя изисквания, като не е приложил проспекти на български език с технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба. Участникът „БМС - Европа“ ЕООД е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката в т. 3.5.1. буква „з“ от **Раздел V Изисквания към съдържанието на офертата** от документацията за участие и техническата спецификация.

24. Участникът „БМС - Европа“ ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция III „Сърдечни клапни протези - биологични, със стент“.

Комисията разгледа офертата на участника „БМС - Европа“ ЕООД и провери за съответствие с предварително обявените условия. Комисията констатира, че не са приложени проспекти на български език с технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба /приложен е каталог на английски език само за оферирания медицински изделия по номенклатурна единица 1/. Участникът е предоставил мостри на оферирания продукти. Комисията извърши проверка по предоставените документи и установи, че така предоставената оферта не отговаря на изискванията на Възложителя.

Комисията РЕШИ:

Предвид посочените констатации, Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, да отстрани участника „БМС - Европа“ ЕООД от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: *“Доставка на медицински изделия и консумативи за сърдечносъдова хирургия”* за обособена позиция III „Сърдечни клапни протези - биологични, със стент“.

**Мотиви:**

Участникът „БМС - Европа“ ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция III „Сърдечни клапни протези - биологични, със стент“, което не отговаря на предварително обявените от Възложителя изисквания, като не е приложил проспекти на български език с технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба. Участникът „БМС - Европа“ ЕООД е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката в т. 3.5.1. буква „з“ от **Раздел V Изисквания към съдържанието на офертата** от документацията за участие и техническата спецификация.

25. Участникът „БМС - Европа“ ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция IV „Рингове за клапна реконструкция (анулопластика) - класически полутвърди и твърди, отворени и затворени“.

Комисията разгледа офертата на участника „БМС - Европа“ ЕООД и провери за съответствие с предварително обявените условия. Комисията констатира, че не са приложени проспекти на български език с технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба. Участникът е предоставил мостри на оферирания продукти. Комисията извърши проверка по предоставените документи и установи, че така предоставената оферта не отговаря на изискванията на Възложителя.

Комисията РЕШИ:

Предвид посочените констатации, Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, да отстрани участника „БМС - Европа“ ЕООД от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: *“Доставка на медицински изделия и консумативи за сърдечносъдова хирургия”* за обособена позиция IV „Рингове за клапна реконструкция (анулопластика) - класически полутвърди и твърди, отворени и затворени“.

**Мотиви:**

Участникът „БМС - Европа“ ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция IV „Рингове за клапна реконструкция (анулопластика) - класически полутвърди и твърди, отворени и затворени“, което не отговаря на предварително обявените от Възложителя изисквания, като не е приложил проспекти на български език с технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба. Участникът „БМС - Европа“ ЕООД е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката в т. 3.5.1. буква „з“ от **Раздел V Изисквания към съдържанието на офертата** от документацията за участие и техническата спецификация.

26. Участникът „БМС - Европа“ ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция V „Рингове за клапна реконструкция (анулопластика) - с 3D форма, позволяваща движение на различните части на пръстена“.

Комисията разгледа офертата на участника „БМС - Европа“ ЕООД и провери за съответствие с предварително обявените условия. Комисията констатира, че не са приложени проспекти на български език с технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба /приложен е каталог на английски език/. Участникът е оферирал по номенклатурна единица 2 клапноукрепващ ринг, класически митрален, при изискване за клапноукрепващ ринг, класически трикуспидален. Участникът е предоставил мостри на оферираните продукти. Комисията извърши проверка по предоставените документи и установи, че така предоставената оферта не отговаря на изискванията на Възложителя.

Комисията РЕШИ:

Предвид посочените констатации, Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, да отстрани участника „БМС - Европа“ ЕООД от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: *“Доставка на медицински изделия и консумативи за сърдечносъдова хирургия“* за обособена позиция V „Рингове за клапна реконструкция (анулопластика) - с 3D форма, позволяваща движение на различните части на пръстена“.

**Мотиви:**

Участникът „БМС - Европа“ ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция V „Рингове за клапна реконструкция (анулопластика) - с 3D форма, позволяваща движение на различните части на пръстена“, което не отговаря на предварително обявените от Възложителя изисквания, като не е приложил проспекти на български език с технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба. Участникът е оферирал по номенклатурна единица 2 клапноукрепващ ринг, класически митрален, при изискване за клапноукрепващ ринг, класически трикуспидален. Участникът „БМС - Европа“ ЕООД е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката в т. 3.5.1. буква „з“ от Раздел V **Изисквания към съдържанието на офертата** от документацията за участие и техническата спецификация.

27. Участникът „БМС - Европа“ ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция IX „Сърдечна клапна протеза - кондюит, с механична клапна протеза“.

Комисията разгледа офертата на участника „БМС - Европа“ ЕООД и провери за съответствие с предварително обявените условия. Комисията констатира, че не са приложени проспекти на български език с технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба /приложен е каталог на английски език/. Участникът е предоставил мостри на оферираните продукти. Комисията извърши проверка по предоставените документи и установи, че така предоставената оферта не отговаря на изискванията на Възложителя.

Комисията РЕШИ:

Предвид посочените констатации, Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, да отстрани участника „БМС - Европа“ ЕООД от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: *“Доставка на медицински изделия и консумативи за сърдечносъдова хирургия“* за обособена позиция IX „Сърдечна клапна протеза - кондюит, с механична клапна протеза“.

**Мотиви:**

Участникът „БМС - Европа“ ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция IX „Сърдечна клапна протеза - кондюит, с механична клапна протеза“, което не отговаря на предварително обявените от Възложителя изисквания, като не е приложил проспекти на български език с технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба. Участникът „БМС - Европа“ ЕООД е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката в т. 3.5.1. буква „з“ от Раздел V Изисквания към съдържанието на офертата от документацията за участие и техническата спецификация.

28. Участникът „БМС - Европа“ ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция XI „Сърдечна клапна протеза - кондюит, с оформени синуси на Valsalva“.

Комисията разгледа офертата на участника „БМС - Европа“ ЕООД и провери за съответствие с предварително обявените условия. Комисията констатира, че не са приложени проспекти на български език с технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба /приложен е каталог на английски език/. Участникът е предоставил мостри на офериранияте продукти. Комисията извърши проверка по предоставените документи и установи, че така предоставената оферта не отговаря на изискванията на Възложителя.

Комисията РЕШИ:

Предвид посочените констатации, Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, да отстрани участника „БМС - Европа“ ЕООД от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: *“Доставка на медицински изделия и консумативи за сърдечносъдова хирургия”* за обособена позиция XI „Сърдечна клапна протеза - кондюит, с оформени синуси на Valsalva“.

Мотиви:

Участникът „БМС - Европа“ ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция XI „Сърдечна клапна протеза - кондюит, с оформени синуси на Valsalva“, което не отговаря на предварително обявените от Възложителя изисквания, като не е приложил проспекти на български език с технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба. Участникът „БМС - Европа“ ЕООД е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката в т. 3.5.1. буква „з“ от Раздел V Изисквания към съдържанието на офертата от документацията за участие и техническата спецификация.

29. Участникът „БМС - Европа“ ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция XIV „Канюли и сетове за ЕКК“.

Комисията разгледа офертата на участника „БМС - Европа“ ЕООД и провери за съответствие с предварително обявените условия.

Комисията констатира, че не са приложени заверени от участника копия на декларации за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ за номенклатурни единици 8 и 15 и проспекти на български език с технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба за номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 и 15 /приложен е каталог на английски за номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13 и 15/. Участникът е представил мостри на офериранияте продукти по номенклатурни единици 3, 9, 10 и 13. Комисията извърши проверка и установи, че офериранияте продукти по останалите номенклатурни единици не са били доставяни в Болница „Лозенец“. Комисията извърши проверка по предоставените документи и установи, че участникът:

- не е представил мостри на оферираните продукти по номенклатурна единица 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14 и 15;

- е оферирал по номенклатурни единици 11 и 12 канюли за ЕКК 9 Fr, при изискване да са 10 Fr;

- е оферирал по номенклатурна единица 13 канюла за ЕКК с дължина 23 см при изискване за канюла за ЕКК с дължина 28 см;

- е оферирал по номенклатурни единици 4, 5 и 6 венозни канюли с дължина 38 см, при изискване да са с дължина 40 см.

Така предоставената оферта не отговаря на изискванията на Възложителя записани в техническата спецификация.

Комисията РЕШИ:

Предвид посочените констатации, Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, да отстрани участника „БМС - Европа“ ЕООД от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: *“Доставка на медицински изделия и консумативи за сърдечносъдова хирургия”* за обособена позиция XIV „Канюли и сетове за ЕКК“.

**Мотиви:**

Участникът „БМС - Европа“ ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция XIV „Канюли и сетове за ЕКК“, което не отговаря на предварително обявените от Възложителя изисквания, като не е представил декларации за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ за номенклатурни единици 8 и 15, не е приложил проспекти на български език с технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба за номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 и 15, не е представил мостри на оферираните продукти по номенклатурна единица 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14 и 15, оферирал по номенклатурни единици 11 и 12 канюли за ЕКК 9 Fr, при изискване да са 10 Fr, оферирал по номенклатурна единица 13 канюла за ЕКК с дължина 23 см при изискване за канюла за ЕКК с дължина 28 см и е оферирал по номенклатурни единици 4, 5 и 6 венозни канюли с дължина 38 см, при изискване да са с дължина 40 см. Участникът „БМС - Европа“ ЕООД е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката в т. 3.5.1. букви „е“, „з“ и „к“ от **Раздел V Изисквания към съдържанието на офертата** от документацията за участие и техническата спецификация.

**III.** Комисията продължи своята работа и след подробно запознаване с приложените описателни брошури, каталози и мостри и изготви експертно становище от членовете на комисията за оценка на качеството на предложените медицински изделия на допуснатите участници по обявените от Възложителя критерии за оценяване на качеството. Изготвеното експертното становище е неделима част от протокола, **Приложение № 1.**

**IV.** Комисията продължи своята работа с определяне на оценка на техническите предложения на допуснатите участници по утвърдената методика на Възложителя, а именно икономически най-изгодната оферта с Показател качеството на предложените медицински изделия, с максимален брой точки – 40 т. За оценките на техническите предложения беше съставена таблица, **Приложение № 2**, неделима част от настоящия протокол.

Комисията реши отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници да се извърши на 20.03.2018 г. в 10.00 ч. в административната сграда на Болница „Лозенец“. Обявление за отварянето на ценовите предложения бе публикувано на 15.03.2018 г. в „Профила на купувача“ и „Новини“ в сайта на Болница „Лозенец“.



V. На 20.03.2018 г. в 10.00 часа, комисията в пълен състав продължи работата си с публично заседание. Заседанието се ръководи от председателя на комисията.

На заседанието не присъстваха представители на участниците.

Комисията отвори пликите с предлагани ценови параметри на допуснатите участници по реда на подаване на офертите. При отваряне на ценовите оферти Председателят на Комисията оповести предлаганите цени. С това Комисията приключи публичната част на заседанието.

VI. Комисията, в пълния си състав, продължи работата си в закрито заседание и разгледа ценовите предложения на участниците.

1. Комисията извърши проверка по предоставените документи и установи, че ценовото предложение на участника „Медимаг“ ЕООД за обособена позиция X “Сърдечна клапна протеза - кондиоит, с биологична клапна протеза” е 5 400,00 /пет хиляди и четиристотин/ лева без ДДС и надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция – 3 600,00 /три хиляди и шестстотин/ лева без ДДС, която е максимално допустима.

**Комисията РЕШИ:**

Водена от горното Комисията, на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, предлага на Възложителя да отстрани участника „Медимаг“ ЕООД от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: *“Доставка на медицински изделия и консултативи за сърдечносъдова хирургия”* за обособена позиция X “Сърдечна клапна протеза - кондиоит, с биологична клапна протеза”.

**Мотиви:**

Участникът „Медимаг“ ЕООД е представил ценово предложение за обособена позиция X “Сърдечна клапна протеза - кондиоит, с биологична клапна протеза”, което не отговаря на предварително обявените условия на поръчката в т. 1.6. от **Раздел I Предмет на обществената поръчка** от документацията, а именно: „Прогнозната стойност на обществената поръчка по обособена позиция е максимално допустима и оферти с ценово предложение над посочената максимална прогнозна стойност за съответната обособена позиция ще бъдат отстранявани от участие в процедурата“.

2. Комисията разгледа ценовите предложения на допуснатите участници и на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, извърши проверка за наличие на предложение с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по показателя за оценка – „най-ниска цена“.

Комисията извърши проверка по предоставените документи и установи, че е налично обстоятелство по чл. 72, ал. 1 от ЗОП:

- ценовото предложение на участника „Медицинска техника инженеринг“ ООД за обособена позиция XIX “Катетри Фогарти” е по-благоприятно с повече от 20 на сто от средната стойност на предложенията на останалите участници.

Комисията с писмо изиска от участника „Медицинска техника инженеринг“ ООД да представи в 5-дневен срок от получаване на искането подробна писмена обосновка за начина на образуването на ценовото си предложение.

VII. Комисията, в пълния си състав, продължи работата си в закрито заседание на 26.03.2018 г. и разгледа получената писмена обосновка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП от участника „Медицинска техника инженеринг“ ООД.



Обосновката на участника „Медицинска техника инженеринг“ ООД е получена в срок, с писмо VII-20-16/22.03.2018 г. Получената обосновка се отнася до обстоятелства по чл. 72, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗОП, а именно:

- участникът „Медицинска техника инженеринг“ ООД прилага маркетингово проучване на търсенето и предлагането на оферирани продукти в страната от местни и други чуждестранни производители;
- участникът „Медицинска техника инженеринг“ ООД, като дистрибутор, е упълномощен да формира такива цени към крайните клиенти, че да постигнат увеличаване на оборота и налагане на пазара на медицински изделия, в условията на конкуренция, чрез минимизиране на търговската печалба;
- участникът „Медицинска техника инженеринг“ ООД, поддържа висок оборот на продуктите и договоря по-добра цена с производителите;
- наличието на голяма складова площ позволява извършване на доставки на едро и оптимизиране на логистичните разходи и по този начин се постига икономичност на доставките;
- участникът „Медицинска техника инженеринг“ ООД доставя медицинските изделия директно от производителите (не от други дистрибутори), като в собствен склад разполага с количества, които съответстват на шест месечен оборот и това е изключително добро техническо решение за изпълнение на поръчките;
- участникът „Медицинска техника инженеринг“ ООД в своето предложение се е съобразил с изключително благоприятния факт, че вече извършва доставки до друго Възложители в близост, въз основа на действащи договори, което дава допълнителна възможност за минимизиране на разходите по транспортиране и изпълнение на доставките;
- оферираниите цени са съобразени с изискването на Възложителя за посочените количества и единица мярка, същите са формирани като върху доставната цена на производителите са начислени административно стопански разходи за обслужване на доставката и печалба на фирмата;
- участникът „Медицинска техника инженеринг“ ООД декларира, че оферираниите цени по тази обособена позиция не са специално намалявани за процедурата, а изделията се предлагат на тези цени на пазара от миналата година.

Комисията оцени получената обосновка по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по чл. 72, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗОП, на които се позовава участникът. Комисията реши, че представените доказателства са достатъчни, за да обосноват предложената цена и прие обосновката на участника „Медицинска техника инженеринг“ ООД.

VIII. Комисията продължи работа и извърши оценка на допуснатите ценови предложения по обявената от Възложителя методика с критерий „най-ниска цена“ и в комплекс. Комисията нанесе резултатите от оценяването в таблици Приложение № 3, неразделна част от настоящия протокол.

Комисията извърши класиране по обособени позиции, както следва:

по Обособена позиция I: „Оксигенатори“

на първо място се класира участникът „Медимекс - П“ ЕООД със 100.00 точки;

по Обособена позиция II: „Сърдечни клапни протези - механични, с пиролитно или карбоново покритие и шевен ринг, различен от Dacron“

на първо място се класира участникът „Медимаг“ ЕООД със 100.00 точки;  
на второ място се класира участникът „Интерагро - 90“ ЕООД с 99.80 точки;

по Обособена позиция III: „Сърдечни клапни протези - биологични, със стент“  
на първо място се класира участникът „Медимаг“ ЕООД със 100.00 точки;  
на второ място се класира участникът „Интерагро - 90“ ЕООД с 99.90 точки;

по Обособена позиция IV: „Рингове за клапна реконструкция (анулопластика) -  
класически полутвърди и твърди, отворени и затворени“  
на първо място се класира участникът „Медимаг“ ЕООД със 100.00 точки;

по Обособена позиция V: „Рингове за клапна реконструкция (анулопластика) - с 3D  
форма, позволяваща движение на различните части на пръстена“  
на първо място се класира участникът „Медимаг“ ЕООД със 100.00 точки;

по Обособена позиция IX: „Сърдечна клапна протеза - кондюит, с механична клапна  
протеза“  
на първо място се класира участникът „Медимаг“ ЕООД със 100.00 точки;

по Обособена позиция XIV: „Капюли и сетове за ЕКК“  
на първо място се класира участникът „Медимаг“ ЕООД със 100.00 точки;

по Обособена позиция XV: „Съдов турникет“  
на първо място се класира участникът „Медимаг“ ЕООД със 100.00 точки;

по Обособена позиция XVI: „Балони за контрапулсатор“  
на първо място се класира участникът „Фьоникс Фарма“ ЕООД със 100.00 точки;

по Обособена позиция XVIII: „Аксесоари, използвани при хирургия на вените“  
на първо място се класира участникът „Медицинска техника инженеринг“ ООД със  
100.00 точки;

по Обособена позиция XIX: „Катетри Фогарти“  
на първо място се класира участникът „Медицинска техника инженеринг“ ООД със  
100.00 точки;  
на второ място се класира участникът „РСР“ ЕООД с 89.80 точки;  
на трето място се класира участникът „Медимаг“ ЕООД с 82.08 точки;

по Обособена позиция XXII: „Сетове за вакуум стабилизираща система за биещо  
сърце“  
на първо място се класира участникът „Интерагро - 90“ ЕООД със 100.00 точки;

по Обособена позиция XXIII: „Аортни пънчове“  
на първо място се класира участникът „Интерагро - 90“ ЕООД със 100.00 точки;

по Обособена позиция XXIV: „Система за външна аспирация и дренаж“  
на първо място се класира участникът „Медимекс - П“ ЕООД със 100.00 точки;  
на второ място се класира участникът „РСР“ ЕООД с 93.89 точки.

IX. Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с класираните на първо място участници, по обособени позиции, както следва:

по Обособена позиция I: „Оксигенатори“ - участника „Медимекс - П“ ЕООД;

по Обособена позиция II: „Сърдечни клапни протези - механични, с пиролитно или карбоново покритие и шевен ринг, различен от Dacron“ - участника „Медимаг“ ЕООД;

по Обособена позиция III: „Сърдечни клапни протези - биологични, със стент“ - участника „Медимаг“ ЕООД;

по Обособена позиция IV: „Рингове за клапна реконструкция (анулопластика) - класически полутвърди и твърди, отворени и затворени“ - участника „Медимаг“ ЕООД;

по Обособена позиция V: „Рингове за клапна реконструкция (анулопластика) - с 3D форма, позволяваща движение на различните части на пръстена“ - участника „Медимаг“ ЕООД;

по Обособена позиция IX: „Сърдечна клапна протеза - кондюит, с механична клапна протеза“ - участника „Медимаг“ ЕООД;

по Обособена позиция XIV: „Канюли и сетове за ЕКК“ - участника „Медимаг“ ЕООД;

по Обособена позиция XV: „Съдов турникет“ - участника „Медимаг“ ЕООД;

по Обособена позиция XVI: „Балони за контрапулсатор“ – участника „Фьоникс Фарма“ ЕООД;

по Обособена позиция XVIII: „Акcesoари, използвани при хирургия на вените“ - участника „Медицинска техника инженеринг“ ООД;

по Обособена позиция XIX: „Катетри Фогарти“ - участника „Медицинска техника инженеринг“ ООД;

по Обособена позиция XXII: „Сетове за вакуум стабилизираща система за биещо сърце“ - участника „Интерагро - 90“ ЕООД;

по Обособена позиция XXIII: „Аортни пънчове“ - участника „Интерагро - 90“ ЕООД;

по Обособена позиция XXIV: „Система за външна аспирация и дренаж“ - участника „Медимекс - П“ ЕООД.

X. Комисията предлага на възложителя да прекрати процедурата на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП за обособени позиции № X “Сърдечна клапна протеза - кондюит, с биологична клапна протеза” и № XI “Сърдечна клапна протеза - кондюит, с оформени синуси на Valsalva”.

**Мотиви:** Всички подадени оферти за обособени позиции № X "Сърдечна клапна протеза - кондюит, с биологична клапна протеза" и № XI "Сърдечна клапна протеза - кондюит, с оформени синуси на Valsalva" не отговарят на условията за представяне, включително за форма, или са неподходящи.

С това Комисията приключи своята работа в законовия срок, изготви доклад за работата си и предаде Доклада, заедно с протоколите и документите на Възложителя за произнасяне с Решение по реда на чл. 108, ал. 1 от ЗОП.

Решенията на комисията бяха взети с мнозинство, нямаше изразени особени мнения от член на комисията.

Председат

..... д-р Вили Пъшев

Членове:

... д-р Васил Козаров

.... Даниела Бранкова

.. Аделина Михайлова

.. Ралица Туйкова

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

**ЕКСПЕРТНО СТАНОВИЩЕ**

от

Комисия в състав:

Председател: д-р Вили Пъшев – лекар, кардиохирург

Членове: д-р Васил Козаров – лекар, кардиохирург  
Даниела Бранкова – ст. операционна сестра  
Аделина Михайлова – началник отдел „Правен“  
Ралица Туйкова – експерт по обществени поръчки

**Относно оценка за качеството на предложените медицински изделия и консумативи на участниците в процедура с предмет:**  
**“Доставка на медицински изделия и консумативи за сърдечносъдова хирургия“,**  
**открита с Решение № VII-20-2/06.11.2017 г.**

Оценка за качеството на предложените медицински изделия на участниците, съгласно обявената от Възложителя методика за Обособена позиция I Оксигенатори:

**A. 40 точки се присъждат**, когато предложения от участника консуматив изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
  - оксигенаторите са с единичен резервоар с филтър, високо ефективен оксигенатор с интегрира артериален филтър и въздушна технология;
  - оксигенаторите са с иновативен и патентен интегриран топлообменник от неръждаема стомана с нисък коефициент на действие – 0,62 при 4 L/мин;
  - оксигенаторите са с нисък обем на прайм – позволяващ да се избегне хемодилуция;
  - контактна повърхност по-малка от 1,5 м<sup>2</sup> с макс дебит 7L/мин;
  - сетовете за кардиоплегия са с висока топлинна ефективност, благодарение на обмяна между кръв и кардиоплегичен разтвор и вода;
  - измерване на налягането вътре в устройството за кардиоплегия;
  - сетовете за кардиоплегия са с топлообменна повърхност от неръждаема стомана;
  - сетовете за кардиоплегия са със специален път на течностите, който удължава срока на термичния обмен.
- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента:
  - оксигенаторът намалява микроемболичната активност по време на СРВ;
  - оксигенаторът е с високо ефективен газов обмен;
  - оксигенаторът е с биосъвместимост – фосфорилхолиновото покритие /РС/ е преобладаващата липидна група, намираща се във външния слой на клетъчните мембрани;
  - РС – има естествен афинитет към водата в резултат, на което външния слой на клетъчната мембрана не подпомага образуването на съсиреци /тромбоза/;
  - нисък възпалителен отговор – устойчивост на бактериална адхезия;
  - оксигенаторът е устойчив на натрупване на плазмени протеини;
  - сет за кардиоплегия - силиконов, устойчив на температурна разлика.
- по-голяма ефективност и бързина при употребата:
  - лесен за употреба холдер;
  - двойна стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до ефективност и бързина.

**B. 20 точки се присъждат**, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на консуматива, определени в т. А., а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
  - оксигенаторите са с единичен резервоар с филтър, високо ефективен оксигенатор с интегрира артериален филтър и въздушна технология;
  - оксигенаторите са с иновативен и патентен интегриран топлообменник от неръждаема стомана с нисък коефициент на действие – 0,62 при 4 L/мин;
  - оксигенаторите са с нисък обем на прайм – позволяващ да се избегне хемодилуция;
  - контактна повърхност по-малка от 1,5 м<sup>2</sup> с макс дебит 7L/мин;
  - сетовете за кардиоплегия са с висока топлинна ефективност, благодарение на обмяна между кръв и кардиоплегичен разтвор и вода;
  - измерване на налягането вътре в устройството за кардиоплегия;
  - сетовете за кардиоплегия са с топлообменна повърхност от неръждаема стомана;
  - сетовете за кардиоплегия са със специален път на течностите, който удължава срока на термичния обмен.
- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента:
  - оксигенаторът намалява микроемболичната активност по време на СРВ;
  - оксигенаторът е с високо ефективен газов обмен;

- оксигенаторът е с биосъвместимост – фосфорилхолиновото покритие /РС/ е преобладаващата липидна група, намираща се във външния слой на клетъчните мембрани;
- РС – има естествен афинитет към водата в резултат, на което външния слой на клетъчната мембрана не подпомага образуването на съсиреци /тромбоза/;
- нисък възпалителен отговор – устойчивост на бактериална адхезия;
- оксигенаторът е устойчив на натрупване на плазмени протеини;
- сет за кардиоплегия - силиконов, устойчив на температурна разлика.

**В. 10 точки се присъждат**, когато предложението от участника консуматив изпълнява само минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
    - оксигенаторите са с единичен резервоар с филтър, високо ефективен оксигенатор с интегриран артериален филтър и въздушна технология;
    - оксигенаторите са с иновативен и патентен интегриран топлообменник от неръждаема стомана с нисък коефициент на действие – 0,62 при 4 L/мин;
    - оксигенаторите са с нисък обем на прайм – позволяващ да се избегне хемодилуция;
    - контактна повърхност по-малка от 1,5 м<sup>2</sup> с макс дебит 7L/мин;
    - сетовете за кардиоплегия са с висока топлинна ефективност, благодарение на обмена между кръв и кардиоплегичен разтвор и вода;
    - измерване на налягането вътре в устройството за кардиоплегия;
    - сетовете за кардиоплегия са с топлообменна повърхност от неръждаема стомана;
- сетовете за кардиоплегия са със специален път на течностите, който удължава срока на термичния обмен.



• **„Медимекс - П“ ЕООД – А. 40 точки**

**- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

**Мотиви за поставената оценка:**

Участникът е оферирали оксигенатори с производител Евросетс /Eurosets/. Предложените медицински изделия отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Оксигенаторите са с единичен резервоар с филтър, те са високо ефективни с интегриран артериален филтър и въздушна технология. Оксигенаторите са с иновативен и патентен интегриран топлообменник от неръждаема стомана с нисък коефициент на действие – 0,62 при 4 L/мин. Оксигенаторите са с нисък обем на прайм – позволяващ да се избегне хемодилуция. Контактната повърхност е по-малка от 1,5 м<sup>2</sup> с макс дебит 7L/мин. Сетовите за кардиоплегия са с висока топлинна ефективност, благодарение на обмена между кръв и кардиоплегичен разтвор и вода. Измерва се на налягането вътре в устройството за кардиоплегия. Сетовите за кардиоплегия са с топлообменна повърхност от неръждаема стомана. Сетовите за кардиоплегия са със специален път на течностите, който удължава срока на термичния обмен. Продуктите са стерилни, за еднократна употреба, могат да се употребяват в кардиохирургията и с асистиран вакумен дренаж.

Предложените медицински изделия отговарят на спецификата на дейностите възприети в болничните структури с III ниво на компетентност в Болница „Лозенец“ и удовлетворяват Възложителя по отношение на качество в най-висока степен.

**- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента**

**Мотиви за поставената оценка:**

Оферираният оксигенатор намалява микроемболичната активност по време на СРВ. Оксигенаторът е с високо ефективен газов обмен. Оксигенаторът е с биосъвместимост – фосфорилхолиновото покритие /РС/ е преобладаващата липидна група, намираща се във външния слой на клетъчните мембрани. РС – има естествен афинитет към водата в резултат, на което външния слой на клетъчната мембрана не подпомага образуването на съсиреци /тромбоза/. Нисък възпалителен отговор – устойчивост на бактериална адхезия. Оксигенаторът е устойчив на натрупване на плазмени протеини. Сетът за кардиоплегия е силиконов, устойчив на температурна разлика.

**- предлаганото медицинско изделие улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до по-голяма ефективност и бързина при употребата**

**Мотиви за поставената оценка:**

- Оферираните продукти са напълно адаптирани към наличната материално-техническа база. Те са добре познати и с тях се работи рутинно. Въз основа на знанията и професионалния опит и практическото им използване и извършените с тях опити и тестове по отношение на тяхното качество: използвани материали за изработка, здравина и надеждност считаме, че оферираните медицински изделия и консумативи отговарят в най-голяма степен на изискванията на Възложителя. Офериран е лесен за употреба холдер. Оферираните продукти са с двойна стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до ефективност и бързина.

Предложените медицински изделия отговарят на спецификата на дейностите възприети в болничните структури с III ниво на компетентност в Болница „Лозенец“ и удовлетворяват Възложителя по отношение на качество в най-висока степен.

Оценка за качеството на предложените медицински изделия на участниците, съгласно обявената от Възложителя методика за Обособена позиция II - Сърдечни клапни протези - механични, с пиролитно или карбоново покритие и шевен ринг, различен от Dacron:

**A. 40 точки се присъждат**, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
  - подобно на естествената сърдечна клапа се отваря и затваря с всеки сърдечен ритъм, позволявайки правилното кръвоснабдяване на сърцето;
  - супра-ануларно разположение и ниска височина на импланта;
  - допълнителните маркери на маншета за шиене улесняват медицинските специалисти за по-точно поставяне;
  - тромبوустойчивост, твърд пиролитичен въглероден отвор и укрепваща лента за лесна имплантация;
- има минимален профил и височина за съответния номер.
- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента:
  - има максимален ефективен отвор и минимален градиент за съответния номер;
  - ниски нива на хемолиза и тромбоемболични събития;
  - изключително тиха при работа.
- по-голяма ефективност и бързина при употребата:
  - има минимален диаметър на външния ринг за съответния номер, което позволява по-лесна имплантация;
  - двойна, защитена, стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до ефективност и бързина.

**B. 20 точки се присъждат**, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А, а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
  - подобно на естествената сърдечна клапа се отваря и затваря с всеки сърдечен ритъм, позволявайки правилното кръвоснабдяване на сърцето;
  - супра-ануларно разположение и ниска височина на импланта;
  - допълнителните маркери на маншета за шиене улеснява медицинските специалисти за по-точно поставяне;
  - тромبوустойчивост, твърд пиролитичен въглероден отвор и укрепваща лента за лесна имплантация;
- има минимален профил и височина за съответния номер.
- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента:
  - има максимален ефективен отвор и минимален градиент за съответния номер;
  - ниски нива на хемолиза и тромбоемболични събития;
  - изключително тиха при работа.

**B. 10 точки се присъждат**, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява само минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
  - подобно на естествената сърдечна клапа се отваря и затваря с всеки сърдечен ритъм, позволявайки правилното кръвоснабдяване на сърцето;
  - супра-ануларно разположение и ниска височина на импланта;
  - допълнителните маркери на маншета за шиене улеснява медицинските специалисти за по-точно поставяне;
  - тромبوустойчивост, твърд пиролитичен въглероден отвор и укрепваща лента за лесна имплантация;
- има минимален профил височина за съответния номер.

• „Медимаг“ ЕООД – А. 40 точки

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено

**Мотиви за поставената оценка:**

Участникът е оферира сърдечни механични клапни протези с производител

Предложените медицински изделия отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Подобно на естествената сърдечна клапа се отваря и затваря с всеки сърдечен ритъм, позволявайки правилното кръвоснабдяване на сърцето. Тя е със супра-ануларно разположение и ниска височина на импланта. Допълнителните маркери на маншета за шиене улесняват медицинските специалисти за по-точно поставяне. Те са с тромبوустойчивост, твърд пиролитичен въглероден отвор и укрепваща лента за лесна имплантация и имат минимален профил и височина за съответния номер. Предложените медицински изделия отговарят на спецификата на дейностите възприети в болничните структури с III ниво на компетентност в Болница „Лозенец“ и удовлетворяват Възложителя по отношение на качество в най-висока степен.

- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента

**Мотиви за поставената оценка:**

Оферираните сърдечни механични клапни протези имат максимален ефективен отвор и минимален градиент за съответния номер. Те са с ниски нива на хемолиза и тромбоемболични събития и изключително тихи при работа.

- предлаганото медицинско изделие улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до по-голяма ефективност и бързина при употребата

**Мотиви за поставената оценка:**

Оферираните продукти са добре познати и с тях се работи рутинно. Въз основа на знанията и професионалния опит и практическото им използване и извършените с тях опити и тестове по отношение на тяхното качество: използвани материали за изработка, здравина и надеждност считаме, че оферираните медицински изделия и консумативи отговарят в най-голяма степен на изискванията на Възложителя. Оферираните сърдечни механични клапни протези имат минимален диаметър на външния ринг за съответния номер, което позволява по-лесна имплантация. Те са в двойна, защитена, стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до ефективност и бързина.

Предложените медицински изделия отговарят на спецификата на дейностите възприети в болничните структури с III ниво на компетентност в Болница „Лозенец“ и удовлетворяват Възложителя по отношение на качество в най-висока степен.

Декларация от участника на основание чл. 102 от ЗОП за конфиденциалност на информацията.

• **„Интерагро - 90“ ЕООД – А. 40 точки**

**- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

**Мотиви за поставената оценка:**

Участникът е оферира сърдечни механични клапни протези с производител Medtronic. Предложените медицински изделия отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Подобно на естествената сърдечна клапа се отваря и затваря с всеки сърдечен ритъм, позволявайки правилното кръвоснабдяване на сърцето. Тя е със супра-ануларно разположение и ниска височина на импланта. Допълнителните маркери на маншета за шиене улесняват медицинските специалисти за по-точно поставяне. Те са с тромبوустойчивост, твърд пиролитичен въглероден отвор и укрепваща лента за лесна имплантация и имат минимален профил и височина за съответния номер. Предложените медицински изделия отговарят на спецификата на дейностите възприети в болничните структури с III ниво на компетентност в Болница „Лозенец“ и удовлетворяват Възложителя по отношение на качество в най-висока степен.

**- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента**

**Мотиви за поставената оценка:**

Оферираните сърдечни механични клапни протези имат максимален ефективен отвор и минимален градиент за съответния номер. Те са с ниски нива на хемолиза и тромбоемболични събития и изключително тихи при работа.

**- предлаганото медицинско изделие улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до по-голяма ефективност и бързина при употребата**

**Мотиви за поставената оценка:**

Оферираните продукти са добре познати и с тях се работи рутинно. Въз основа на знанията и професионалния опит и практическото им използване и извършените с тях опити и тестове по отношение на тяхното качество: използвани материали за изработка, здравина и надеждност считаме, че оферираните медицински изделия и консумативи отговарят в най-голяма степен на изискванията на Възложителя. Оферираните сърдечни механични клапни протези имат минимален диаметър на външния ринг за съответния номер, което позволява по-лесна имплантация. Те са в двойна, защитена, стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до ефективност и бързина.

Предложените медицински изделия отговарят на спецификата на дейностите възприети в болничните структури с III ниво на компетентност в Болница „Лозенец“ и удовлетворяват Възложителя по отношение на качество в най-висока степен.

Оценка за качеството на предложените медицински изделия на участниците, съгласно обявената от Възложителя методика за Обособена позиция III - Сърдечни клапни протези - биологични със стент:

**A. 40 точки се присъждат**, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
  - има минимален профил и височина за съответния номер;
  - проектирани за минимизиране на централната регургитация.
- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:
  - има максимален ефективен отвор и минимален градиент за съответния номер.
- по-голяма ефективност и бързина при употребата:
  - има минимален диаметър на външния ринг за съответния номер, което позволява по-лесна имплантация;
  - двойна стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до ефективност и бързина.

**B. 20 точки се присъждат**, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А., а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
  - има минимален профил и височина за съответния номер;
  - проектирани за минимизиране на централната регургитация.
- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:
  - има максимален ефективен отвор и минимален градиент за съответния номер.

**B. 10 точки се присъждат**, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява само минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
  - има минимален профил височина за съответния номер;
  - проектирани за минимизиране на централната регургитация.

• **„Медимаг“ ЕООД – А. 40 точки**

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено

**Мотиви за поставената оценка:**

Участникът е oferиран сърдечни биологични клапни протези с производител .

Предложените медицински изделия отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Те имат минимален профил и височина за съответния номер и са проектирани за минимизиране на централната регургитация. Предложените медицински изделия отговарят на спецификата на дейностите възприети в болничните структури с III ниво на компетентност в Болница „Лозенец“ и удовлетворяват Възложителя по отношение на качество в най-висока степен.

- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента

**Мотиви за поставената оценка:**

Oферираните сърдечни биологични клапни протези имат максимален ефективен отвор и минимален градиент за съответния номер.

- предлаганото медицинско изделие улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до по-голяма ефективност и бързина при употребата

**Мотиви за поставената оценка:**

Oферираните продукти са напълно адаптирани към наличната материално-техническа база. Те са добре познати и с тях се работи рутинно. Въз основа на знанията и професионалния опит и практическото им използване и извършените с тях опити и тестове по отношение на тяхното качество: използвани материали за изработка, здравина и надеждност считаме, че oferираните медицински изделия и консумативи отговарят в най-голяма степен на изискванията на Възложителя. Oферираните сърдечни биологични клапни протези имат минимален диаметър на външния ринг за съответния номер, което позволява по-лесна имплантация. Те са в двойна стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация и води до ефективност и бързина.

Предложените медицински изделия отговарят на спецификата на дейностите възприети в болничните структури с III ниво на компетентност в Болница „Лозенец“ и удовлетворяват Възложителя по отношение на качество в най-висока степен.

Декларация от участника на основание чл. 102 от ЗОП за конфиденциалност на информацията.

• **„Интерагро - 90“ ЕООД – А. 40 точки**

**- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

**Мотиви за поставената оценка:**

Участникът е оферирал сърдечни биологични клапни протези с производител Medtronic. Предложените медицински изделия отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Те имат минимален профил и височина за съответния номер и са проектирани за минимизиране на централната регургитация. Предложените медицински изделия отговарят на спецификата на дейностите възприети в болничните структури с III ниво на компетентност в Болница „Лозенец“ и удовлетворяват Възложителя по отношение на качество в най-висока степен.

**- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента**

**Мотиви за поставената оценка:**

Оферираните сърдечни биологични клапни протези имат максимален ефективен отвор и минимален градиент за съответния номер.

**- предлаганото медицинско изделие улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до по-голяма ефективност и бързина при употребата**

**Мотиви за поставената оценка:**

Оферираните продукти са напълно адаптирани към наличната материално-техническа база. Те са добре познати и с тях се работи рутинно. Въз основа на знанията и професионалния опит и практическото им използване и извършените с тях опити и тестове по отношение на тяхното качество: използвани материали за изработка, здравина и надеждност считаме, че оферираните медицински изделия и консумативи отговарят в най-голяма степен на изискванията на Възложителя. Оферираните сърдечни биологични клапни протези имат минимален диаметър на външния ринг за съответния номер, което позволява по-лесна имплантация. Те са в двойна стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация и води до ефективност и бързина.

**Предложените медицински изделия отговарят на спецификата на дейностите възприети в болничните структури с III ниво на компетентност в Болница „Лозенец“ и удовлетворяват Възложителя по отношение на качество в най-висока степен.**



Оценка за качеството на предложените медицински изделия на участниците, съгласно обявената от Възложителя методика за Обособена позиция IV - Рингове за клапна реконструкция (анулопластика) - класически полутвърди и твърди, отворени и затворени:

**A. 40 точки се присъждат**, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
  - максимална ефективна площ за съответния номер.
- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:
  - минимален тромбообразуващ ефект.
- по-голяма ефективност и бързина при употребата:
  - оптимална маркировка и възможност за фиксация при поставянето;
  - двойна стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до ефективност и бързина.

**B. 20 точки се присъждат**, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А., а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
  - максимална ефективна площ за съответния номер.
- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:
  - минимален тромбообразуващ ефект.

**B. 10 точки се присъждат**, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява само минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
  - максимална ефективна площ за съответния номер.

• **„Медимаг“ ЕООД – А. 40 точки**

**- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

**Мотиви за поставената оценка:**

Участникът е оферирал рингове за клапна реконструкция с производител

Предложените медицински изделия отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Те имат максимална ефективна площ за съответния номер. Предложените медицински изделия отговарят на спецификата на дейностите възприети в болничните структури с III ниво на компетентност в Болница „Лозенец“ и удовлетворяват Възложителя по отношение на качество в най-висока степен.

**- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента**

**Мотиви за поставената оценка:**

Оферираните рингове за клапна реконструкция имат минимален тромбообразуващ ефект.

**- предлаганото медицинско изделие улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до по-голяма ефективност и бързина при употребата**

**Мотиви за поставената оценка:**

Оферираните продукти са добре познати и с тях се работи рутинно. Въз основа на знанията и професионалния опит и практическото им използване и извършените с тях опити и тестове по отношение на тяхното качество: използвани материали за изработка, здравина и надеждност считаме, че оферираните медицински изделия и консумативи отговарят в най-голяма степен на изискванията на Възложителя. Оферираните рингове за клапна реконструкция имат оптимална маркировка и възможност за фиксация при поставянето и двойна стерилна опаковка, което улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация и води до ефективност и бързина.

Предложените медицински изделия отговарят на спецификата на дейностите възприети в болничните структури с III ниво на компетентност в Болница „Лозенец“ и удовлетворяват Възложителя по отношение на качество в най-висока степен.

Декларация от участника на основание чл. 102 от ЗОП за конфиденциалност на информацията.

Оценка за качеството на предложените медицински изделия на участниците, съгласно обявената от Възложителя методика за Обособена позиция V - Рингове за клапна реконструкция (анулопластика) - с 3D форма, позволяваща движение на различните части на пръстена:

**А. 40 точки се присъждат**, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
  - максимална ефективна площ за съответния номер.
- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:
  - минимален тромбообразуващ ефект.
- по-голяма ефективност и бързина при употребата:
  - оптимална маркировка и възможност за фиксация при поставянето;
  - двойна стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до ефективност и бързина.

**Б. 20 точки се присъждат**, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А., а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
  - максимална ефективна площ за съответния номер.
- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:
  - минимален тромбообразуващ ефект.

**В. 10 точки се присъждат**, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява само минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
  - максимална ефективна площ за съответния номер.

• **„Медимаг“ ЕООД – А. 40 точки**

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено

**Мотиви за поставената оценка:**

Участникът е оферирал рингове за клапна реконструкция с производител

- Предложените медицински изделия отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Те имат максимална ефективна площ за съответния номер. Предложените медицински изделия отговарят на спецификата на дейностите възприети в болничните структури с III ниво на компетентност в Болница „Лозенец“ и удовлетворяват Възложителя по отношение на качество в най-висока степен.

- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента

**Мотиви за поставената оценка:**

Оферираните рингове за клапна реконструкция имат минимален тромбообразуващ ефект.

- предлаганото медицинско изделие улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до по-голяма ефективност и бързина при употребата

**Мотиви за поставената оценка:**

Оферираните продукти са добре познати и с тях се работи рутинно. Въз основа на знанията и професионалния опит и практическото им използване и извършените с тях опити и тестове по отношение на тяхното качество: използвани материали за изработка, здравина и надеждност считаме, че оферираните медицински изделия и консумативи отговарят в най-голяма степен на изискванията на Възложителя. Оферираните рингове за клапна реконструкция имат оптимална маркировка и възможност за фиксация при поставянето и двойна стерилна опаковка, което улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация и води до ефективност и бързина.

Предложените медицински изделия отговарят на спецификата на дейностите възприети в болничните структури с III ниво на компетентност в Болница „Лозенец“ и удовлетворяват Възложителя по отношение на качество в най-висока степен.

Декларация от участника на основание чл. 102 от ЗОП за конфиденциалност на информацията.

Оценка за качеството на предложените медицински изделия на участниците, съгласно обявената от Възложителя методика за Обособена позиция IX - Сърдечна клапна протеза - кондионт, с механична клапна протеза:

**А. 40 точки се присъждат**, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
  - аортният графт с клапа е предназначена за употреба в случаите, когато аортната клапа и асцендентната аорта трябва да се сменят;
  - маншонът за шиене на клапата е изработен от двойно велурено плетено полиестрено платно, импрегнирано с колаген;
  - за улеснение на манипулацията преди имплантирането и ротацията аортният графт с клапа е снабден с дръжка на държача/ротатора;
  - маншонът за шиене има три маркера за сутури;
  - материалът на маншона позволява бързо, контролирано разрастване на ендотел върху повърхността на маншона за шиене.
- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:
  - биосъвместимост и здравина се постигат чрез избрания пиролитичен въглерод, покриващ графитната основа на платната и на клапния пръстен;
  - маншонът за шиене има три маркера за сутури, ориентир за медицинските специалисти.
- по-голяма ефективност и бързина при употребата:
  - двойна стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до ефективност и бързина.

**Б. 20 точки се присъждат**, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А., а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
  - аортният графт с клапа е предназначен за употреба в случаите, когато аортната клапа и асцендентната аорта трябва да се сменят;
  - маншонът за шиене на клапата е изработен от двойно велурено плетено полиестрено платно, импрегнирано с колаген;
  - за улеснение на манипулацията преди имплантирането и ротацията аортният графт с клапа е снабден с дръжка на държача/ротатора;
  - маншонът за шиене има три маркера за сутури;
  - материалът на маншона позволява бързо, контролирано разрастване на ендотел върху повърхността на маншона за шиене.
- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:
  - биосъвместимост и здравина се постигат чрез избрания пиролитичен въглерод, покриващ графитната основа на платната и на клапния пръстен;
  - маншонът за шиене има три маркера за сутури, ориентир за медицинските специалисти.

**В. 10 точки се присъждат**, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява само минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
  - аортният графт с клапа е предназначен за употреба в случаите, когато аортната клапа и асцендентната аорта трябва да се сменят;
  - маншонът за шиене на клапата е изработен от двойно велурено плетено полиестрено платно, импрегнирано с колаген;

- за улеснение на манипулацията преди имплантирането и ротацията аортният графт с клапа е снабден с дръжка на държача/ротатора;
- маншонът за шиене има три маркера за сутури;
- материалът на маншона позволява бързо, контролирано разрастване на ендотел върху повърхността на маншона за шиене.

• **„Медимаг“ ЕООД – А. 40 точки**

**- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

**Мотиви за поставената оценка:**

Участникът е oferiral сърдечна клапна протеза - кондюит, с механична клапна протеза с производител Предложените медицински изделия отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Аортният графт с клапа е предназначена за употреба в случаите, когато аортната клапа и асцендентната аорта трябва да се сменят. Маншонът за шиене на клапата е изработен от двойно велурено плетено полиестрено платно, импрегнирано с колаген. За улеснение на манипулацията преди имплантирането и ротацията, аортният графт с клапа е снабден с дръжка на държача/ротатора. Маншонът за шиене има три маркера за сугури. Материалът на маншона позволява бързо, контролирано разрастване на ендотел върху повърхността на маншона за шиене.

Предложените медицински изделия отговарят на спецификата на дейностите възприети в болничните структури с III ниво на компетентност в Болница „Лозенец“ и удовлетворяват Възложителя по отношение на качество в най-висока степен.

**- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента**

**Мотиви за поставената оценка:**

Oферираните сърдечни клапни протези - кондюити, с механична клапна протеза са с биосъвместимост и здравина, постигната чрез избрания пиролитичен въглерод, покриващ графитната основа на платната и на клапния пръстен. Маншонът за шиене има три маркера за сугури, ориентир за медицинските специалисти.

**- предлаганото медицинско изделие улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до по-голяма ефективност и бързина при употребата**

**Мотиви за поставената оценка:**

Oферираните продукти са добре познати и с тях се работи рутинно. Въз основа на знанията и професионалния опит и практическото им използване и извършените с тях опити и тестове по отношение на тяхното качество: използвани материали за изработка, здравина и надеждност считаме, че oferiranите медицински изделия и консумативи отговарят в най-голяма степен на изискванията на Възложителя. Oферираните сърдечни клапни протези - кондюити, с механична клапна протеза имат двойна стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до ефективност и бързина.

**Предложените медицински изделия отговарят на спецификата на дейностите**

Декларация от участника на основание чл. 102 от ЗОГ за конфиденциалност на информацията.



Оценка за качеството на предложените медицински изделия на участниците, съгласно обявената от Възложителя методика за Обособена позиция X - Сърдечна клапа протеза - кондионт, с биологична клапа протеза:

**A. 40 точки се присъждат**, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
  - аортният графт с клапа е предна за употреба в случаите, когато аортната клапа и асцендентната аорта трябва да се сменят;
  - маншонът за шиене на клапата е изработен от двойно велурено плетено полиестрено платно, импрегнирано с колаген;
  - за улеснение на манипулацията преди имплантирането и ротацията аортният графт с клапа е снабден с дръжка на държача/ротатора;
  - маншонът за шиене има три маркера за сутури;
  - материалът на маншона позволява бързо, контролирано разрастване на ендотел върху повърхността на маншона за шиене.
- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:
  - биосъвместимост и здравина се постигат чрез избрания пиролитичен въглерод, покриващ графитната основа на платната и на клапния пръстен;
  - маншонът за шиене има три маркера за сутури, ориентир за медицинските специалисти.
- по-голяма ефективност и бързина при употребата:
  - двойна стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до ефективност и бързина.

**B. 20 точки се присъждат**, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А., а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
  - аортният графт с клапа е предна за употреба в случаите, когато аортната клапа и асцендентната аорта трябва да се сменят;
  - маншонът за шиене на клапата е изработен от двойно велурено плетено полиестрено платно, импрегнирано с колаген;
  - за улеснение на манипулацията преди имплантирането и ротацията аортният графт с клапа е снабден с дръжка на държача/ротатора;
  - маншонът за шиене има три маркера за сутури;
  - материалът на маншона позволява бързо, контролирано разрастване на ендотел върху повърхността на маншона за шиене.
- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:
  - биосъвместимост и здравина се постигат чрез избрания пиролитичен въглерод, покриващ графитната основа на платната и на клапния пръстен;
  - маншонът за шиене има три маркера за сутури, ориентир за медицинските специалисти.

**B. 10 точки се присъждат**, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява само минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
  - аортният графт с клапа е предна за употреба в случаите, когато аортната клапа и асцендентната аорта трябва да се сменят;
  - маншонът за шиене на клапата е изработен от двойно велурено плетено полиестрено платно, импрегнирано с колаген;

- за улеснение на манипулацията преди имплантирането и ротацията аортният графт с клапа е снабден с дръжка на държача/ротатора;
- маншонът за шиене има три маркера за сугури;
- материалът на маншона позволява бързо, контролирано разрастване на ендотел върху повърхността на маншона за шиене.

• **„Медимаг“ ЕООД – А. 40 точки**

**- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

**Мотиви за поставената оценка:**

Участникът е oferирал сърдечна клапна протеза - кондюит, с биологична клапна протеза с производител **Предложените медицински изделия отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Аортният графт с клапа е предна за употреба в случаите, когато аортната клапа и асцендентната аорта трябва да се сменят. Маншонът за шиене на клапата е изработен от двойно велурено плетено полиестрено платно, импрегнирано с колаген. За улеснение на манипулацията преди имплантирането и ротацията аортният графт с клапа е снабден с дръжка на държача/ротатора. Маншонът за шиене има три маркера за сутури. Материалът на маншона позволява бързо, контролирано разрастване на ендотел върху повърхността на маншона за шиене. Предложените медицински изделия отговарят на спецификата на дейностите възприети в болничните структури с III ниво на компетентност в Болница „Лозенец“ и удовлетворяват Възложителя по отношение на качество в най-висока степен.**

**- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента**

**Мотиви за поставената оценка:**

Оферираните сърдечни клапни протези - кондюити, с биологична клапна протеза са с биосъвместимост и здравина постигната чрез избрания пиролитичен въглерод, покриващ графитната основа на платната и на клапния пръстен. Маншонът за шиене има три маркера за сутури, ориентир за медицинските специалисти.

**- предлаганото медицинско изделие улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до по-голяма ефективност и бързина при употребата**

**Мотиви за поставената оценка:**

Оферираните продукти са добре познати и с тях се работи рутинно. Въз основа на знанията и професионалния опит и практическото им използване и извършените с тях опити и тестове по отношение на тяхното качество: използвани материали за изработка, здравина и надеждност считаме, че оферираните медицински изделия и консумативи отговарят в най-голяма степен на изискванията на Възложителя. Оферираните сърдечни клапни протези - кондюити, с биологична клапна протеза имат двойна стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до ефективност и бързина.

**Предложените медицински изделия отговарят на спецификата на дейностите възприети в болничните структури с III ниво на компетентност в Болница „Лозенец“ и удовлетворяват Възложителя по отношение на качество в най-висока степен.**

Декларация от участника на основание чл. 102 от ЗОП за конфиденциалност на информацията.

Оценка за качеството на предложените медицински изделия на участниците, съгласно обявената от Възложителя методика за Обособена позиция XIV - Канюли и сетове за ЕКК:

**А. 40 точки се присъждат**, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
  - артериалните канюли са предназначени за използване на перфузия на възходящата аорта по време на СРВ и са устойчиви на прегъване /kink/, с лесна ориентация на върха, благодарение на маркера за индексиране;
  - венозните канюли са предназначени за използване на венозен дренаж от дясно предсърдие и кавалните вени по време на СРВ;
  - предназначено за използване на ретроградни канюли свързани с линията за кардиоплегия и индуциране на кардиоплегичен разтвор и кръв в коронарния синус на пациента по време на отворена сърдечна процедура;
  - вентилационните катетри са медицинско устройство, което декомпенсира сърцето по време на СРВ;
  - вентилационните катетри се използват за подпомагане на пълната евакуация на кръвта от сърцето.
- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента:
  - всички канюли са с максимална здравина и адаптивност към всеки индивидуален случай;
  - не травмират, имат необходимата защита, която предотвратява нежелано нараняване на околните тъкани и органи;
  - венозните канюли са за употреба до 6 часа или по-малко;
  - ретроградните канюли са със силиконов балон, осигуряващ лесен достъп в коронарния синус и ефективност при дозиране на разтвора и силиконов балон, осигуряващ сигурно фиксиране чрез силиконов пръстен;
  - ретроградните канюли са с флексабилен водач, който улеснява медицинските специалисти при съответната манипулация, което води до ефективност и бързина;
  - максимално щадяща ретроградна канюла за пациента има необходимата защита, която предотвратява нежелано нараняване на околните тъкани и органи;
  - вентилационните катетри са с метален водач, мек, флексабилен;
  - вентилационните катетри са силиконови с максимална здравина и адаптивност за всеки индивидуален случай.
- по-голяма ефективност и бързина при употребата:
  - опаковката на това медицинско изделие позволява бърз и лесен достъп за употреба, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация и води до ефективност.

**Б. 20 точки се присъждат**, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А., а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
  - артериалните канюли са предназначени за използване на перфузия на възходящата аорта по време на СРВ и са устойчиви на прегъване /kink/, с лесна ориентация на върха, благодарение на маркера за индексиране;
  - венозните канюли са предназначени за използване на венозен дренаж от дясно предсърдие и кавалните вени по време на СРВ;
  - предназначено за използване на ретроградни канюли свързани с линията за кардиоплегия и индуциране на кардиоплегичен разтвор и кръв в коронарния синус на пациента по време на отворена сърдечна процедура;

- вентилационните катетри са медицинско устройство, което декомпенсира сърцето по време на СРВ;

- вентилационните катетри се използват за подпомагане на пълната евакуация на кръвта от сърцето.

• предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:

- всички канюли са с максимална здравина и адаптивност към всеки индивидуален случай;

- не травмирят, имат необходимата защита, която предотвратява нежелано нараняване на околните тъкани и органи;

- венозните канюли са за употреба до 6 часа или по-малко;

- ретроградните канюли са със силиконов балон, осигуряващ лесен достъп в коронарния синус и ефективност при дозиране на разтвора и силиконов балон, осигуряващ сигурно фиксиране чрез силиконов пръстен;

- ретроградните канюли са с флексабилен водач, който улеснява медицинските специалисти при съответната манипулация, което води до ефективност и бързина;

- максимално щадяща ретроградна канюла за пациента има необходимата защита, която предотвратява нежелано нараняване на околните тъкани и органи;

- вентилационните катетри са с метален водач, мек, флексабилен;

- вентилационните катетри са силиконови с максимална здравина и адаптивност за всеки индивидуален случай.

**В. 10 точки се присъждат**, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява само минималните условия за качество, а именно:

• изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:

- артериалните канюли са предназначени за използване на перфузия на възходящата аорта по време на СРВ и са устойчиви на прегъване /kink/, с лесна ориентация на върха, благодарение на маркера за индексиране;

- венозните канюли са предназначени за използване на венозен дренаж от дясно предсърдие и кавалните вени по време на СРВ;

- предназначено за използване на ретроградни канюли свързани с линията за кардиоплегия и индуциране на кардиоплегичен разтвор и кръв в коронарния синус на пациента по време на отворена сърдечна процедура;

- вентилационните катетри са медицинско устройство, което декомпенсира сърцето по време на СРВ;

- вентилационните катетри се използват за подпомагане на пълната евакуация на кръвта от сърцето.

• **„Медимаг“ ЕООД – А. 40 точки**

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено

**Мотиви за поставената оценка:**

Участникът е оферирал катетри и сетове за ЕКК с производител Предложените медицински изделия отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Оферираните артериални катетри са предназначени за използване на перфузия на възходящата аорта по време на СРВ и са устойчиви на прегъване /kink/, с лесна ориентация на върха, благодарение на маркера за индексване. Оферираните венозни катетри са предназначени за използване на венозен дренаж от дясно предсърдие и кавалните вени по време на СРВ. Предназначени за използване на ретроградни катетри свързани с линията за кардиоплегия и индуциране на кардиоплегичен разтвор и кръв в коронарния синус на пациента по време на отворена сърдечна процедура. Оферираните вентилационни катетри са медицинско устройство, което декомпенсира сърцето по време на СРВ, те се използват за подпомагане на пълната евакуация на кръвта от сърцето. Предложените медицински изделия отговарят на спецификата на дейностите възприети в болничните структури с III ниво на компетентност в Болница „Лозенец“ и удовлетворяват Възложителя по отношение на качество в най-висока степен.

- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента

**Мотиви за поставената оценка:**

Оферираните катетри са с максимална здравина и адаптивност към всеки индивидуален случай. Те не травмират, имат необходимата защита, която предотвратява нежелано нараняване на околните тъкани и органи. Оферираните венозни катетри са за употреба до 6 часа или по-малко. Оферираните ретроградни катетри са със силиконов балон, осигуряващ лесен достъп в коронарния синус и ефективност при дозиране на разтвора и силиконов балон, осигуряващ сигурно фиксиране чрез силиконов пръстен. Ретроградните катетри са с флексабилен водач, който улеснява медицинските специалисти при съответната манипулация, което води до ефективност и бързина. Те са максимално щадящи за пациента и имат необходимата защита, която предотвратява нежелано нараняване на околните тъкани и органи. Оферираните вентилационни катетри са с метален водач, мек, флексабилен. Те са силиконови с максимална здравина и адаптивност за всеки индивидуален случай.

- предлаганото медицинско изделие улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до по-голяма ефективност и бързина при употребата

**Мотиви за поставената оценка:**

Оферираните продукти са напълно адаптирани към наличната материално-техническа база. Те са добре познати и с тях се работи рутинно. Въз основа на знанията и професионалния опит и практическото им използване и извършените с тях опити и тестове по отношение на тяхното качество: използвани материали за изработка, здравина и надеждност считаме, че оферираните медицински изделия и консумативи отговарят в най-голяма степен на изискванията на Възложителя. Оферираните катетри и сетове за ЕКК са в опаковка, която позволява бърз и лесен достъп за употреба, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация и води до ефективност.

Предложените медицински изделия отговарят на спецификата на дейностите възприети в болничните структури с III ниво на компетентност в Болница „Лозенец“ и удовлетворяват Възложителя по отношение на качество в най-висока степен.

**Оценка за качеството на предложените медицински изделия на участниците, съгласно обявената от Възложителя методика за Обособена позиция XV - Съдов турникет:**

**А. 40 точки се присъждат**, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
  - съдовите турникети са предназначени за оптимален контрол на кръвотока във венозните и артериални съдове.
- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:
  - не травмират, имат необходимата защита, която предотвратява нежелано нараняване на околните тъкани и органи.
- по-голяма ефективност и бързина при употребата:
  - опаковката на това медицинско изделие позволява бърз и лесен достъп за употреба, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация и води до ефективност.

**Б. 20 точки се присъждат**, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А., а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
  - съдовите турникети са предназначени за оптимален контрол на кръвотока във венозните и артериални съдове.
- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:
  - не травмират, имат необходимата защита, която предотвратява нежелано нараняване на околните тъкани и органи.

**В. 10 точки се присъждат**, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява само минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
  - съдовите турникети са предназначени за оптимален контрол на кръвотока във венозните и артериални съдове.

- **„Медимаг“ ЕООД – А. 40 точки**

- **изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

- Мотиви за поставената оценка:**

- Участникът е оферирал съдови турникети с производител Предложените медицински изделия отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Оферираните съдови турникети са предназначени за оптимален контрол на кръвотока във венозните и артериални съдове. Предложените медицински изделия отговарят на спецификата на дейностите възприети в болничните структури с III ниво на компетентност в Болница „Лозенец“ и удовлетворяват Възложителя по отношение на качество в най-висока степен.

- **предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента**

- Мотиви за поставената оценка:**

- Оферираните съдови турникети не травмират и имат необходимата защита, която предотвратява нежелано нараняване на околните тъкани и органи.

- **предлаганото медицинско изделие улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до по-голяма ефективност и бързина при употребата**

- Мотиви за поставената оценка:**

- Оферираните продукти са добре познати и с тях се работи рутинно. Въз основа на знанията и професионалния опит и практическото им използване и извършените с тях опити и тестове по отношение на тяхното качество: използвани материали за изработка, здравина и надеждност считаме, че оферираните медицински изделия и консумативи отговарят в най-голяма степен на изискванията на Възложителя. Оферираните съдови турникети са в опаковка, която позволява бърз и лесен достъп за употреба, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация и води до ефективност.

- Предложените медицински изделия отговарят на спецификата на дейностите възприети в болничните структури с III ниво на компетентност в Болница „Лозенец“ и удовлетворяват Възложителя по отношение на качество в най-висока степен.

Декларация от участника на основание чл. 102 от ЗОП за конфиденциалност на информацията.



Оценка за качеството на предложените медицински изделия на участниците, съгласно обявената от Възложителя методика за Обособена позиция XVI „Балони за контрапулсатор“:

**А. 40 точки се присъждат**, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
  - абсолютно съвместими с всички модели и конзоли DataScope, с които болницата работи: DataScope system 98 и DataScope CS100.
- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:
  - да имат максимален хемодинамичен ефект и минимален инерционен момент, дори в условията на тахикардия над 100 удара в минута.
- по-голяма ефективност и бързина при употребата:
  - максимално лесен за поставяне в условията на спешност.
  - двойна стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до ефективност и бързина.

**Б. 20 точки се присъждат**, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А., а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
  - абсолютно съвместими с всички модели и конзоли DataScope, с които болницата работи: DataScope system 98 и DataScope CS100.
- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:
  - да имат максимален хемодинамичен ефект и минимален инерционен момент, дори в условията на тахикардия над 100 удара в минута.

**В. 10 точки се присъждат**, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява само минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
  - абсолютно съвместими с всички модели и конзоли DataScope, с които болницата работи: DataScope system 98 и DataScope CS100.

• **„Фьоникс Фарма“ ЕООД – А. 40 точки**

**- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

**Мотиви за поставената оценка:**

Участникът е оферира балони за контрапулсатор с производител Balton Sp. Zo. O - Полша. Предложените медицински изделия отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Те са абсолютно съвместими с всички модели и конзоли DataScore, с които болницата работи: DataScore system 98 и DataScore CS100.

Предложените медицински изделия отговарят на спецификата на дейностите възприети в болничните структури с III ниво на компетентност в Болница „Лозенец“ и удовлетворяват Възложителя по отношение на качество в най-висока степен.

**- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента**

**Мотиви за поставената оценка:**

Оферираните балони за контрапулсатор отговарят на завишените критерии за осъществяване на кардиохирургична дейност, заложи в съответните Медицински стандарти и приетите протоколи за добра клинична практика. Те имат максимален хемодинамичен ефект и минимален инерционен момент, дори в условията на тахикардия над 100 удара в минута.

**- предлаганото медицинско изделие улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до по-голяма ефективност и бързина при употребата**

**Мотиви за поставената оценка:**

Оферираните продукти са напълно адаптирани към наличната материално-техническа база. Те са добре познати и с тях се работи рутинно. Въз основа на знанията и професионалния опит и практическото им използване и извършените с тях опити и тестове по отношение на тяхното качество: използвани материали за изработка, здравина и надеждност считаме, че оферираните медицински изделия и консумативи отговарят в най-голяма степен на изискванията на Възложителя. Оферираните балони за контрапулсатор са максимално лесни за поставяне в условията на спешност. Те имат двойна стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до ефективност и бързина.

**Предложените медицински изделия отговарят на спецификата на дейностите възприети в болничните структури с III ниво на компетентност в Болница „Лозенец“ и удовлетворяват Възложителя по отношение на качество в най-висока степен.**

Оценка за качеството на предложените медицински изделия на участниците, съгласно обявената от Възложителя методика за Обособена позиция XVIII „Акcesoари, използвани при хирургия на вените“:

**А. 40 точки се присъждат**, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
  - сетът за екстирпация на вени се използва в случаите на оперативен стрипинг на разширени вени.
- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:
  - сетът за екстирпация на вени се състои от 1 кабел, дълж.100 см, 4 оливи 6,9,12,15 мм и 1 дръжка.
- по-голяма ефективност и бързина при употребата:
  - стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до ефективност и бързина;
  - лесен за инсерция.

**Б. 20 точки се присъждат**, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А., а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
  - сетът за екстирпация на вени се използва в случаите на оперативен стрипинг на разширени вени.
- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:
  - сетът за екстирпация на вени се състои от 1 кабел, дълж.100 см, 4 оливи 6,9,12,15 мм и 1 дръжка.

**В. 10 точки се присъждат**, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява само минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
  - сетът за екстирпация на вени се използва в случаите на оперативен стрипинг на разширени вени.

• **„Медицинска техника инженеринг“ ООД – А. 40 точки**

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено

**Мотиви за поставената оценка:**

Участникът е оферира аксесоари, използвани при хирургия на вените с производител Intra, Германия. Предложените медицински изделия отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Сетът за екстирпация на вени се използва в случаите на оперативен стрипинг на разширени вени.

Предложените медицински изделия отговарят на спецификата на дейностите възприети в болничните структури с III ниво на компетентност в Болница „Лозенец“ и удовлетворяват Възложителя по отношение на качество в най-висока степен.

- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента

**Мотиви за поставената оценка:**

Оферираните аксесоари, използвани при хирургия на вените отговарят на завишените критерии за осъществяване на съдова хирургия, заложи в съответните Медицински стандарти и приетите протоколи за добра клинична практика. Сетът за екстирпация на вени се състои от 1 кабел, дълж. 100 см, 4 оливи 6, 9, 12, 15 мм и 1 дръжка.

- предлаганото медицинско изделие улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до по-голяма ефективност и бързина при употребата

**Мотиви за поставената оценка:**

- Оферираните продукти са напълно адаптирани към наличната материално-техническа база. Те са в стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до ефективност и бързина. Сетът за екстирпация на вени е лесен за инсерция.

Предложените медицински изделия отговарят на спецификата на дейностите възприети в болничните структури с III ниво на компетентност в Болница „Лозенец“ и удовлетворяват Възложителя по отношение на качество в най-висока степен.

**Оценка за качеството на предложените медицински изделия на участниците, съгласно обявената от Възложителя методика за Обособена позиция XIX „Катетри Фогарти“:**

**A. 40 точки се присъждат**, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
  - катетрите Фогърти се използват за спешни и планови тромб и емболектомии от артерии и вени.
- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:
  - катетрите Фогърти не травмират околната тъкан и имат необходимата защита, която да предотвратява нежелана травма на съдовата стена.
- по-голяма ефективност и бързина при употребата:
  - стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до ефективност и бързина;
  - лесени за манипулация, с удобен захват;

**Б. 20 точки се присъждат**, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А., а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
  - катетрите Фогърти се използват за спешни и планови тромб и емболектомии от артерии и вени.
- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:
  - катетрите Фогърти не травмират околната тъкан и имат необходимата защита, която да предотвратява нежелана травма на съдовата стена.

**В. 10 точки се присъждат**, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява само минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
  - катетрите Фогърти се използват за спешни и планови тромб и емболектомии от артерии и вени.

• **„Медицинска техника инженеринг” ООД – А. 40 точки**

**- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

**Мотиви за поставената оценка:**

Участникът е оферирал катетри Фогърти с производител Intra, Германия. Предложените медицински изделия отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Катетрите Фогърти се използват за спешни и планови тромб и емболектомии от артерии и вени. Предложените медицински изделия отговарят на спецификата на дейностите възприети в болничните структури с III ниво на компетентност в Болница „Лозенец“ и удовлетворяват Възложителя по отношение на качество в най-висока степен.

**- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента**

**Мотиви за поставената оценка:**

Оферираните катетри Фогърти отговарят на завишените критерии за осъществяване на съдова хирургия, заложен в съответните Медицински стандарти и приетите протоколи за добра клинична практика. Катетрите Фогърти не травмират околната тъкан и имат необходимата защита, която да предотвратява нежелана травма на съдовата стена.

**- предлаганото медицинско изделие улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до по-голяма ефективност и бързина при употребата**

**Мотиви за поставената оценка:**

- Оферираните продукти са напълно адаптирани към наличната материално-техническа база. Те са в стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до ефективност и бързина. Катетрите Фогърти са лесни за манипулация и с удобен захват.

**Предложените медицински изделия отговарят на спецификата на дейностите възприети в болничните структури с III ниво на компетентност в Болница „Лозенец“ и удовлетворяват Възложителя по отношение на качество в най-висока степен.**

• **„Медимаг“ ЕООД – А. 40 точки**

**- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

**Мотиви за поставената оценка:**

Участникът е оферира катетри Фогърти с производител

Предложените медицински изделия отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Катетрите Фогърти се използват за спешни и планови тромб и емболектонии от артерии и вени. Предложените медицински изделия отговарят на спецификата на дейностите възприети в болничните структури с III ниво на компетентност в Болница „Лозенец“ и удовлетворяват Възложителя по отношение на качество в най-висока степен.

**- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента**

**Мотиви за поставената оценка:**

Оферираните катетри Фогърти отговарят на завишените критерии за осъществяване на съдова хирургия, заложи в съответните Медицински стандарти и приетите протоколи за добра клинична практика. Катетрите Фогърти не травмират околната тъкан и имат необходимата защита, която да предотвратява нежелана травма на съдовата стена.

**- предлаганото медицинско изделие улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до по-голяма ефективност и бързина при употребата**

**Мотиви за поставената оценка:**

Оферираните продукти са напълно адаптирани към наличната материално-техническа база. Те са добре познати и с тях се работи рутинно. Въз основа на знанията и професионалния опит и практическото им използване и извършените с тях опити и тестове по отношение на тяхното качество: използвани материали за изработка, здравина и надеждност считаме, че оферираните медицински изделия и консумативи отговарят в най-голяма степен на изискванията на Възложителя. Те са в стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до ефективност и бързина. Катетрите Фогърти са лесни за манипулация и с удобен захват.

Предложените медицински изделия отговарят на спецификата на дейностите възприети в болничните структури с III ниво на компетентност в Болница „Лозенец“ и удовлетворяват Възложителя по отношение на качество в най-висока степен.

Декларация от участника на основание чл. 102 от ЗОГ за конфиденциалност на информацията.

- **„РСР“ ЕООД – А. 40 точки**

**- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

**Мотиви за поставената оценка:**

Участникът е оферирал катетри Фогърти с производител Dahlhausen. Предложените медицински изделия отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Катетрите Фогърти се използват за спешни и планови тромб и емболектомии от артерии и вени. Предложените медицински изделия отговарят на спецификата на дейностите възприети в болничните структури с III ниво на компетентност в Болница „Лозенец“ и удовлетворяват Възложителя по отношение на качество в най-висока степен.

**- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента**

**Мотиви за поставената оценка:**

Оферираните катетри Фогърти отговарят на завишените критерии за осъществяване на съдова хирургия, заложен в съответните Медицински стандарти и приетите протоколи за добра клинична практика. Катетрите Фогърти не травмират околната тъкан и имат необходимата защита, която да предотвратява нежелана травма на съдовата стена.

**- предлаганото медицинско изделие улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до по-голяма ефективност и бързина при употребата**

**Мотиви за поставената оценка:**

- Оферираните продукти са напълно адаптирани към наличната материално-техническа база. Те са в стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до ефективност и бързина. Катетрите Фогърти са лесни за манипулация и с удобен захват.

**Предложените медицински изделия отговарят на спецификата на дейностите възприети в болничните структури с III ниво на компетентност в Болница „Лозенец“ и удовлетворяват Възложителя по отношение на качество в най-висока степен.**



**Оценка за качеството на предложените медицински изделия на участниците, съгласно обявената от Възложителя методика за Обособена позиция XXII „Сетове за вакуум стабилизираща система за биещо сърце“:**

**А. 40 точки се присъждат**, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
  - сетовете за вакуум стабилизираща система за биещо сърце служат за максимална стабилизация на определени участъци от епикарда, осигуряващи възможност за коронарна хирургия без използване на екстракорпорално кръвообръщение;
  - вакуум стабилизираща система за биещо сърце трябва да е съвместима с Acrobat vacuum Off-Pump System, съвместима с обикновен стернален екартъор или еквивалентни;
  - вакуум стабилизираща система за биещо сърце трябва да е съвместима с Xpose access Device, съвместима с обикновен стернален екартъор или еквивалентни.
- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента:
  - осигуряващ максимална стабилизация на участъка от сърдечната тъкан;
  - минимално травматични и имат необходимата защита, която предотвратява нежелано нараняване на околната тъкан;
  - флексибилни.
- по-голяма ефективност и бързина при употребата:
  - стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до ефективност и бързина;
  - лесени за манипулация, с удобен захват.

**Б. 20 точки се присъждат**, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А., а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
  - сетовете за вакуум стабилизираща система за биещо сърце служат за максимална стабилизация на определени участъци от епикарда, осигуряващи възможност за коронарна хирургия без използване на екстракорпорално кръвообръщение;
  - вакуум стабилизираща система за биещо сърце трябва да е съвместима с Acrobat vacuum Off-Pump System, съвместима с обикновен стернален екартъор или еквивалентни;
  - вакуум стабилизираща система за биещо сърце трябва да е съвместима с Xpose access Device, съвместима с обикновен стернален екартъор или еквивалентни.
- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента:
  - осигуряващ максимална стабилизация на участъка от сърдечната тъкан;
  - минимално травматични и имат необходимата защита, която предотвратява нежелано нараняване на околната тъкан;
  - флексибилни.

**В. 10 точки се присъждат**, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява само минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
  - сетовете за вакуум стабилизираща система за биещо сърце служат за максимална стабилизация на определени участъци от епикарда, осигуряващи възможност за коронарна хирургия без използване на екстракорпорално кръвообръщение;
  - вакуум стабилизираща система за биещо сърце трябва да е съвместима с Acrobat vacuum Off-Pump System, съвместима с обикновен стернален екартъор или еквивалентни;
  - вакуум стабилизираща система за биещо сърце трябва да е съвместима с Xpose access Device, съвместима с обикновен стернален екартъор или еквивалентни.

• **„Интерагро - 90“ ЕООД – А. 40 точки**

**- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

**Мотиви за поставената оценка:**

Участникът е oferiral сетове за вакуум стабилизираща система за биещо сърце с производител Medtronic. Предложените медицински изделия отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Oferiranите сетове за вакуум стабилизираща система за биещо сърце служат за максимална стабилизация на определени участъци от епикарда, осигуряващи възможност за коронарна хирургия без използване на екстракорпорално кръвообръщение. Oferiranата вакуум стабилизираща система за биещо сърце е съвместима с Acrobat vacuum Off-Pump System и съвместима с обикновен стернален екартьор. Тя е съвместима и с Xpose access Device и с обикновен стернален екартьор. Предложените медицински изделия отговарят на спецификата на дейностите възприети в болничните структури с III ниво на компетентност в Болница „Лозенец“ и удовлетворяват Възложителя по отношение на качество в най-висока степен.

**- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента**

**Мотиви за поставената оценка:**

Oferiranите сетове за вакуум стабилизираща система за биещо сърце отговарят на завишените критерии за осъществяване на съдова хирургия, заложен в съответните Медицински стандарти и приетите протоколи за добра клинична практика. Те осигуряват максимална стабилизация на участъка от сърдечната тъкан, минимално травматични са и имат необходимата защита, която предотвратява нежелано нараняване на околната тъкан и са флексибилни.

**- предлаганото медицинско изделие улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до по-голяма ефективност и бързина при употребата**

**Мотиви за поставената оценка:**

- Oferiranите продукти са напълно адаптирани към наличната материално-техническа база. Те са добре познати и с тях се работи рутинно. Въз основа на знанията и професионалния опит и практическото им използване и извършените с тях опити и тестове по отношение на тяхното качество: използвани материали за изработка, здравина и надеждност считаме, че oferiranите медицински изделия и консумативи отговарят в най-голяма степен на изискванията на Възложителя. Те са в стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до ефективност и бързина. Лесени са за манипулация и са с удобен захват.

**Предложените медицински изделия отговарят на спецификата на дейностите възприети в болничните структури с III ниво на компетентност в Болница „Лозенец“ и удовлетворяват Възложителя по отношение на качество в най-висока степен.**

Оценка за качеството на предложените медицински изделия на участниците, съгласно обявената от Възложителя методика за Обособена позиция XXIII „Аортни пънчове“:

**А. 40 точки се присъждат**, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
  - аортните пънчове осигуряват направата на отвори с точно определения размер.
- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:
  - не травмират околната тъкан и имат необходимата защита, която да предотвратява нежеланото разкъсване на околната тъкан.
- по-голяма ефективност и бързина при употребата:
  - лесни за манипулация с удобен захват и адаптивни за работа.

**Б. 20 точки се присъждат**, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А., а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
  - аортните пънчове осигуряват направата на отвори с точно определения размер.
- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:
  - не травмират околната тъкан и имат необходимата защита, която да предотвратява нежеланото разкъсване на околната тъкан.

**В. 10 точки се присъждат**, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява само минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
  - аортните пънчове осигуряват направата на отвори с точно определения размер.

• **„Интерагро - 90“ ЕООД – А. 40 точки**

**- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

**Мотиви за поставената оценка:**

- Участникът е оферира аортни пънчове с производител Medtronic. Предложените медицински изделия отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Оферираните аортни пънчове осигуряват направата на отвори с точно определения размер. Предложените медицински изделия отговарят на спецификата на дейностите възприети в болничните структури с III ниво на компетентност в Болница „Лозенец“ и удовлетворяват Възложителя по отношение на качество в най-висока степен.

**- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента**

**Мотиви за поставената оценка:**

Оферираните аортни пънчове отговарят на завишените критерии за осъществяване на съдова хирургия, заложи в съответните Медицински стандарти и приетите протоколи за добра клинична практика. Те не травмират околната тъкан и имат необходимата защита, която да предотвратява нежеланото разкъсване на околната тъкан.

**- предлаганото медицинско изделие улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до по-голяма ефективност и бързина при употребата**

**Мотиви за поставената оценка:**

- Оферираните продукти са напълно адаптирани към наличната материално-техническа база. Те са добре познати и с тях се работи рутинно. Въз основа на знанията и професионалния опит и практическото им използване и извършените с тях опити и тестове по отношение на тяхното качество: използвани материали за изработка, здравина и надеждност считаме, че оферираните медицински изделия и консумативи отговарят в най-голяма степен на изискванията на Възложителя. Те са лесни за манипулация, с удобен захват и адаптивни за работа.

**Предложените медицински изделия отговарят на спецификата на дейностите възприети в болничните структури с III ниво на компетентност в Болница „Лозенец“ и удовлетворяват Възложителя по отношение на качество в най-висока степен.**

**Оценка за качеството на предложените медицински изделия на участниците, съгласно обявената от Възложителя методика за Обособена позиция XXIV „Система за външна аспирация и дренаж“:**

**A. 40 точки се присъждат**, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
  - продукти за аспирация, които позволяват много добро дрениране на телесни течности и отговарят на изискванията за работа в отделения по анестезия, хирургия и интензивни грижи.
- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:
  - торакалните дренаже са атравматични, с гладки латерални отвори и са разграфени в сантиметри;
  - подходящи за внимателно дрениране след кардио-торакални и торакални хирургически интервенции.
- по-голяма ефективност и бързина при употребата:
  - стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до ефективност и бързина.

**Б. 20 точки се присъждат**, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А., а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
  - продукти за аспирация, които позволяват много добро дрениране на телесни течности и отговарят на изискванията за работа в отделения по анестезия, хирургия и интензивни грижи.
- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящ за пациента:
  - торакалните дренаже са атравматични, с гладки латерални отвори и са разграфени в сантиметри;
  - подходящи за внимателно дрениране след кардио-торакални и торакални хирургически интервенции.

**В. 10 точки се присъждат**, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява само минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено:
  - продукти за аспирация, които позволяват много добро дрениране на телесни течности и отговарят на изискванията за работа в отделения по анестезия, хирургия и интензивни грижи.

- **„РСР“ ЕООД – А. 40 точки**

**- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

**Мотиви за поставената оценка:**

Участникът е оферирали системи за външна аспирация и дренаж с производител Dahlhausen. Предложените медицински изделия отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Продуктите за аспирация позволяват много добро дрениране на телесни течности и отговарят на изискванията за работа в отделения по анестезия, хирургия и интензивни грижи.

Предложените медицински изделия отговарят на спецификата на дейностите възприети в болничните структури с III ниво на компетентност в Болница „Лозенец“ и удовлетворяват Възложителя по отношение на качество в най-висока степен.

**- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента**

**Мотиви за поставената оценка:**

Оферираните системи за външна аспирация и дренаж отговарят на завишените критерии, заложи в съответните Медицински стандарти и приетите протоколи за добра клинична практика. Торакалните дренаже са атравматични, с гладки латерални отвори и са разграфени в сантиметри. Подходящи са за внимателно дрениране след кардио-торакални и торакални хирургически интервенции.

**- предлаганото медицинско изделие улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до по-голяма ефективност и бързина при употребата**

**Мотиви за поставената оценка:**

Оферираните продукти са напълно адаптирани към наличната материално-техническа база. Въз основа на знанията и професионалния опит и практическото им използване и извършените с тях опити и тестове по отношение на тяхното качество: използвани материали за изработка, здравина и надеждност считаме, че оферираните медицински изделия и консумативи отговарят в най-голяма степен на изискванията на Възложителя. Те са в стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до ефективност и бързина.

**Предложените медицински изделия отговарят на спецификата на дейностите възприети в болничните структури с III ниво на компетентност в Болница „Лозенец“ и удовлетворяват Възложителя по отношение на качество в най-висока степен.**

• „Медимекс - П” ЕООД – А. 40 точки

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено

**Мотиви за поставената оценка:**

Участникът е оферирали системи за външна аспирация и дренаж с производител Covidien/Medtronic. Предложените медицински изделия отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Продуктите за аспирация позволяват много добро дрениране на телесни течности и отговарят на изискванията за работа в отделения по анестезия, хирургия и интензивни грижи.

Предложените медицински изделия отговарят на спецификата на дейностите възприети в болничните структури с III ниво на компетентност в Болница „Лозенец“ и удовлетворяват Възложителя по отношение на качество в най-висока степен.

- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента

**Мотиви за поставената оценка:**

Оферираните системи за външна аспирация и дренаж отговарят на завишените критерии, заложи в съответните Медицински стандарти и приетите протоколи за добра клинична практика. Торакалните дренаже са атравматични, с гладки латерални отвори и са разграфени в сантиметри. Подходящи са за внимателно дрениране след кардио-торакални и торакални хирургически интервенции.

- предлаганото медицинско изделие улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до по-голяма ефективност и бързина при употребата

**Мотиви за поставената оценка:**

Оферираните продукти са напълно адаптирани към наличната материално-техническа база. Те са в стерилна опаковка, която улеснява медицинските специалисти при извършване на съответната манипулация, което води до ефективност и бързина.

Предложените медицински изделия отговарят на спецификата на дейностите възприети в болничните структури с III ниво на компетентност в Болница „Лозенец“ и удовлетворяват Възложителя по отношение на качество в най-висока степен.

Председател: .

д-р Вили Пъшев

Членове:

д-р Васил Козаров

Даниела Бранкова

.... Аделина Михайлова

..... Ралица Туйкова

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

I Оксигенатори

Приложение 2

Участник	Качество на предложеното медицинско изделие/консуматив	Точки	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Всичко
"Медимекс - П" ЕООД	40	40,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!

П1

Участник	Качество на предложеното медицинско изделие/консуматив	П1
"Медимекс - П" ЕООД	40	40,00

max

П2

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
"Медимекс - П" ЕООД	0	#DIV/0!

min

Председател:

г-р Вили Гъшев

Членове:

г-р Васил Козаров

Даниела Бранкова

Делина Михайлова

..... Ралица Тушкова

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД



II Сърдечни клапаи протези - механични, с пиролитно или карбоново покритие и шевен ринг, различен от Dastop

Участник	Качество на предложеното механично изделие/консуматив	Точки	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Вещчко
„Медиват“ ЕООД	40	40,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
„Интеграгро - 90“ ЕООД	40	40,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!

III

Участник	Качество на предложеното механично изделие/консуматив	III
„Медиват“ ЕООД	40	40,00
„Интеграгро - 90“ ЕООД	40	40,00

max 40

IV

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	III
„Медиват“ ЕООД		#DIV/0!
„Интеграгро - 90“ ЕООД		#DIV/0!

min 0

Председател

г-р Вили Пъшев

Членове:

р Васил Козаров

Рангела Бранкова

Елена Михайлова

..... Ралица Туйкова

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

III Сърдечни клапни протези - биологични, със стент

Участник	Качество на предложеного медицинско изделие/консуматив	Точки	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Всичко
"Медимаг" ЕООД	40	40,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
"Интеграгро - 90" ЕООД	40	40,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!

III

Участник	Качество на предложеного медицинско изделие/консуматив	П2
"Медимаг" ЕООД	40	40,00
"Интеграгро - 90" ЕООД	40	40,00

max 40

П2

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П1
"Медимаг" ЕООД		#DIV/0!
"Интеграгро - 90" ЕООД		#DIV/0!

min 0

Председ.

 д-р Вили Пашев

Членове:

д-р Васил Козаров

Даниела Бранкова

елена Михайлова

. Раглица Туйкова

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

IV Рингове за клапа на реконструкция (анулопластика) - класически полутвърди и твърди, отворени и затворени

Участник	Качество на предложеното медицинско изделие/консуматив	Точки	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Всичко
„Медимаг“ ЕООД	40	40,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!

III

Участник	Качество на предложеното медицинско изделие/консуматив	III
„Медимаг“ ЕООД	40	40,00
max 40		

II

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	II
„Медимаг“ ЕООД	0	#DIV/0!
min 0		

Предсе,

Членове:

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

..... д-р Вели Пъшев  
 д-р Васил Козаров  
 ..... Даниела Бранкова  
 Аделина Михайлова  
 ..... Рагница Туйкова

V Рингове за клапна реконструкция (анулопластика) - с 3D форма, позволяваща движение на различните части на пръстена

Участник	Качество на предложеното медицинско изделие/консуматив	Точки	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Всичко
"Медимаг" ЕООД	40	40,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!

П1

Участник	Качество на предложеното медицинско изделие/консуматив	Точки
"Медимаг" ЕООД	40	40,00

тах 40

П2

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки
"Медимаг" ЕООД	0	#DIV/0!

min 0

Председа

Членове:

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

д-р Вили Пъшев

д-р Васил Козаров

Даниела Бранкова

Аделина Михайлова

Ралица Туйкова

IX Сърдечна клапна протеза - кондюит, с  
механична клапна протеза

Участник	Качество на предложеното медицинско изделие/консуматив	Точки	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Всичко
„Медимат“ ЕООД	40	40,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!

П1

Участник	Качество на предложеното медицинско изделие/консуматив	П1
„Медимат“ ЕООД	40	40,00

таж 40

П2

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
„Медимат“ ЕООД	0	#DIV/0!

таж 0

Председател

Членове:

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

г-р Вили Тършев

г-р Васил Козаров

Даниела Бранкова

Делина Михайлова

..... Рапица Туйкова

Х Сърабечна клапна протеза - кондюит, с  
Биологична клапна протеза

Участник	Качество на предложеното медицинско изделие/консуматив	Точки	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Всичко
„Медимаг“ ЕООД	40	40,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!

П1

Участник	Качество на предложеното медицинско изделие/консуматив	П1
„Медимаг“ ЕООД	40	40,00

пиах

П2


Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
„Медимаг“ ЕООД	0	#DIV/0!


млн


Пр


Члено


Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

 д-р Вили Плъшев

 д-р Васил Козаров

 Даниела Бранкова

 Аделина Михайлова

 Ралица Туйкова

XIV Канюги и сетове за ЕКК

Участник	Качество на предложеното медицинско изделие/консуматив	Точки	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Всичко
„Медмвг“ ЕООД	40	40,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!

Π1

Участник	Качество на предложеното медицинско изделие/консуматив	Π1
„Медмвг“ ЕООД	40	40,00

max 40

Π2

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Π2
„Медмвг“ ЕООД	0	#DIV/0!

min 0

Председател

Членове:

г-р Велин Пъшев

г-р Васил Козаров

Даниела Бранкова

Делина Михайлова

..... Ралица Гуйкова

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

XV Съдов турникет

Участник	Качество на предложеното металниско изделие/консуматив	Точки	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Всичко
„Медимат“ ЕООД	40	40,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!

П1

Участник	Качество на предложеното металниско изделие/консуматив	П1
„Медимат“ ЕООД	40	40,00

тах 40

П2

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
„Медимат“ ЕООД	0	#DIV/0!

min 0

Председ

Членове:

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Д-р Вили Пършев

Д-р Васил Козаров

Даниела Бранкова

Аделина Михайлова

Ралица Туфкова



XVI Балони за контрапулсатор

Участник	Качество на предложеното медицинско изделие/консуматив	Точки	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Всичко
„Фьоникс Фарма“ ЕООД	40	40,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!

III

Участник	Качество на предложеното медицинско изделие/консуматив	III
„Фьоникс Фарма“ ЕООД	40	40,00

max 40

II

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	II
„Фьоникс Фарма“ ЕООД	0	#DIV/0!

min 0

Председател:

Вили Пърлев

Членове:

Засил Козаров

инета Бранкова

ина Михайлова

Ралица Туйкова

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

XVIII Аксесоари, използвани при хирургия на вените

Участник	Качество на предложеното медицинско изделие/консуматив	Точки	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Всичко
„Медицинска техника инженеринг“ ООД	40	40,00	0	#D1V/01	#D1V/01

Π1

Участник	Качество на предложеното медицинско изделие/консуматив	Π1
„Медицинска техника инженеринг“ ООД	40	40,00

max 40

Π2

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Π2
„Медицинска техника инженеринг“ ООД	0	#D1V/01

min 0

Председател

Членове:

г-р Вели Пъшев

г-р Васил Козаров

Анелия Бранкова

Елена Михайлова

Ралица Туйкова

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

ХІХ Категри Фогарти

Участник	Качество на предложеното медицинско изделие/консуматив	Точки	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Всичко
"Медицинска техника инженеринг" ООД	40	40,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
"Медимаг" ЕООД	40	40,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
"РСР" ЕООД	40	40,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!

П1

Участник	Качество на предложеното медицинско изделие/консуматив	П2
"Медицинска техника инженеринг" ООД	40	40,00
"Медимаг" ЕООД	40	40,00
"РСР" ЕООД	40	40,00

max 40

П2

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П1
"Медицинска техника инженеринг" ООД		#DIV/0!
"Медимаг" ЕООД		#DIV/0!
"РСР" ЕООД		#DIV/0!

min 0

Председа

д-р Вили Тъшев

Членове:

д-р Васил Козаров

Даниела Бранкова

Телина Михайлова

... Ралица Туйкова

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

XXII Сетове за вакуум стабилизиралца система за биешо сърце

Участник	Качество на предложеното медицинско изделие/консуматив	Точки	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Всичко
„Интеграгро - 90“ ЕООД	40	40,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!

П1

Участник	Качество на предложеното медицинско изделие/консуматив	Точки
„Интеграгро - 90“ ЕООД	40	40,00

праз

П2

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки
„Интеграгро - 90“ ЕООД	0	#DIV/0!

П

Член

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

..... д-р Вили Първан

..... д-р Васил Козаров

..... Даниела Бранкова

..... Аделина Михайлова

..... Ралица Туйкова

XXIII АОРТНИ ПЪНЧОВЕ

Участник	Качество на предложеното медицинско изделие/консуматив	Точки	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Всичко
„Интерагро - 90“ ЕООД	40	40,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!

III

Участник	Качество на предложеното медицинско изделие/консуматив	Точки
„Интерагро - 90“ ЕООД	40	40,00

мах 40

II

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки
„Интерагро - 90“ ЕООД	0	#DIV/0!

min 0

Председ

Членове:

.. д-р Вилин Пъшев

д-р Васил Козаров

Даниела Бранкова

Елена Михайлова

.. Ралица Туйкова

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

XXIV Система за външна аспирация и дренаж

Участник	Качество на предложеното медицинско изделие/консуматив	Точки	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Всичко
"РСР" ЕООД	40	40,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
"Медимекс - П" ЕООД	40	40,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!

П1

Участник	Качество на предложеното медицинско изделие/консуматив	П12
"РСР" ЕООД	40	40,00
"Медимекс - П" ЕООД	40	40,00

max 40

П2

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П1
"РСР" ЕООД		#DIV/0!
"Медимекс - П" ЕООД		#DIV/0!

min 0

Председ

... д-р Вилин Пършев

Членове:

д-р Васил Козаров

Даниела Бранкова

делфина Михайлова

... Ралица Туйкова

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

I Оксигенатори

Участник	Качество на предложеното медицинско изделие/консуматив	Точки	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Всичко
„Медимекс - П“ ЕООД	40	40,00	548204,00	60,00	100,00

П1

Участник	Качество на предложеното медицинско изделие/консуматив	П1
„Медимекс - П“ ЕООД	40	40,00
max	40	

П2

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
„Медимекс - П“ ЕООД	548204,00	60,00
min	548204,00	

Председател:

г-р Велик Пъшев

Членове:

г-р Васил Козаров

г-р Анабела Бранкова

г-р Дина Михайлова

г-р Ралица Туйкова

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

II Сърдечни клапни протези - механични, с пиролитно или карбоново покритие и шевен ринг, различен от Дасгоп

Участник	Качество на предложеното медицинско изделие/консултатив	Точки	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Всичко
„Медимат“ ЕООД	40	40,00	236000,00	60,00	100,00
„Интерграго - 90“ ЕООД	40	40,00	236800,00	59,80	99,80

П1

Участник	Качество на предложеното медицинско изделие/консултатив	П2
„Медимат“ ЕООД	40	40,00
„Интерграго - 90“ ЕООД	40	40,00

max 40

П2

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П1
„Медимат“ ЕООД	236000,00	60,00
„Интерграго - 90“ ЕООД	236800,00	59,80

min 236000,00

Предс:

..... д-р Вили Пъшев

Членове:

д-р Васил Козаров

Даниела Бранкова

Улина Михайлова

Радница Туйкова

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД



III Сърдечни клапни протези - биологични, със стент

Участник	Качество на предложеното медицинско изделие/консуматив	Точки	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Всичко
„Медимаг“ ЕООД	40	40,00	224625,00	60,00	100,00
„Интератро - 90“ ЕООД	40	40,00	225000,00	59,90	99,90

max

Участник	Качество на предложеното медицинско изделие/консуматив	Точки
„Медимаг“ ЕООД	40	40,00
„Интератро - 90“ ЕООД	40	40,00

min

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки
„Медимаг“ ЕООД	224625,00	60,00
„Интератро - 90“ ЕООД	225000,00	59,90

224625,00

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Пре

Членов

..... д-р Вили Пълчев

..... д-р Васил Козаров

..... Даниела Бранкова

..... Аделина Михайлова

..... Ралица Туйкова

IV Рингове за клапна реконструкция (анупластика) - класически полутвърди и твърди, отворени и затворени

Участник	Качество на предложеното медицинско изделие/консуматив	Точки	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Всичко
„Медимат“ ЕООД	40	40,00	24975,00	60,00	100,00

III

Участник	Качество на предложеното медицинско изделие/консуматив	Точки
„Медимат“ ЕООД	40	40,00

max 40

II2

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	II2
„Медимат“ ЕООД	24975,00	60,00

min 24975,00

Председател

. д-р Вили Пъшев

Членове:

д-р Васил Козаров

Даниела Бранкова

Легина Михайлова

Б. Рагала Туйкова

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

У Рингове за клапа реконструкция (анулопластика) - с ЗД форма, позволяваща движение на различните части на пръстена

Участник	Качество на предложеното медицинско изделие/консуматив	Точки	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Всичко
„Медима“ ЕООД	40	40,00	14985,00	60,00	100,00

III

Участник	Качество на предложеното медицинско изделие/консуматив	Точки
„Медима“ ЕООД	40	40,00

max 40

IV

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки
„Медима“ ЕООД	14985,00	60,00

min 14985,00

Предс

Членове

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

..... д-р Вилин Пълчев

... д-р Васил Козаров

... Даниела Бранкова

Аделина Михайлова

... Ралица Туйкова

IX Сърдечна клапна протеза - кондюит, с механична клапна протеза

Участник	Качество на предложеното медицинско изделие/консуматив	Точки	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Всичко
„Мединаг“ ЕООД	40	40,00	40000,00	60,00	100,00

III

Участник	Качество на предложеното медицинско изделие/консуматив	Точки
„Мединаг“ ЕООД	40	40,00

таж 40

II

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки
„Мединаг“ ЕООД	40000,00	60,00

таж 40000,00

Председа

Членове:

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

д-р Вили Пършев

д-р Васил Козаров

Лангета Бранкова

Лина Михайлова

Рапица Туйкова

XIV Канюли и сетове за ЕКК

Участник	Качество на предложеното медицинско изделие/консуматив	Точки	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Всичко
„Медимаг“ ЕООД	40	40,00	105880,00	60,00	100,00

III

Участник	Качество на предложеното медицинско изделие/консуматив	Точки
„Медимаг“ ЕООД	40	40,00

max 40

II

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки
„Медимаг“ ЕООД	105880,00	60,00

min 105880

Предс

..... д-р Вили Гяшев

Членове

.. д-р Васил Козаров

..... Даниела Бранкова

Аделина Михайлова

..... Ралица Туикова

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

XV Съдов Турникет

Участник	Качество на предложеното медлиниско изделие/консуматив	Точки	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Венчико
„Мединаг“ ЕООД	40	40,00	1380,00	60,00	100,00

П1

Участник	Качество на предложеното медлиниско изделие/консуматив	Точки
„Мединаг“ ЕООД	40	40,00

max 40

П2

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки
„Мединаг“ ЕООД	1380,00	60,00

min 1380

Председател:

Зилин Пърлев

Членове:

асилин Козаров

исела Бранкова

ина Михайлова

Рапица Туйкова

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

XVI Балони за контрапунктор

Участник	Качество на предложеното медицинско изделие/консуматив	Точки	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Всичко
„Фьоникс Фарма“ ЕООД	40	40,00	62500,00	60,00	100,00

III

Участник	Качество на предложеното медицинско изделие/консуматив	П1
„Фьоникс Фарма“ ЕООД	40	40,00

таж 40

II2

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
„Фьоникс Фарма“ ЕООД	62500	60,00

таж 62500

Пред

Членов

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

д-р Вили Пъшев

д-р Васил Козаров

Даннелжа Бранкова

Аделина Михайлова

Рагилца Туйкова

XVIII Аксесоари, използвани при хирургия на вените

Участник	Качество на предложеното медицинско изделие/консуматив	Точки	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Всичко
„Медицинска техника инженеринг“ ООД	40	40,00	1150,00	60,00	100,00

П1

Участник	Качество на предложеното медицинско изделие/консуматив	П1
„Медицинска техника инженеринг“ ООД	40	40,00

max 40

П2

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
„Медицинска техника инженеринг“ ООД	1150,00	60,00

min 1150

Прелсет:

.. д-р Вили Пъшев

Членов:

.. д-р Васил Козаров

..... Даниела Бранкова

..... Аделина Михайлова

..... Рагница Туйкова

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД



XIX Категория Фогарти

Участник	Качество на предложеното медицинско изделие/консуматив	Точки	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Всичко
„Медицинска техника инженеринг“ ООД	40	40,00	7470,00	60,00	100,00
„Медимаг“ ЕООД	40	40,00	10650,00	42,08	82,08
„РСР“ ЕООД	40	40,00	9000,00	49,80	89,80

III

Участник	Качество на предложеното медицинско изделие/консуматив	П2
„Медицинска техника инженеринг“ ООД	40	40,00
„Медимаг“ ЕООД	40	40,00
„РСР“ ЕООД	40	40,00

max 40

II

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П1
„Медицинска техника инженеринг“ ООД	7470,00	60,00
„Медимаг“ ЕООД	10650,00	42,08
„РСР“ ЕООД	9000,00	49,80

min 7470

Председ

Членове:

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от 33ЛД

..... д-р Вилин Пашев

д-р Васил Козаров

..... Даниела Бранкова

Аделина Михайлова

..... Ралица Туфкова

XXII Сетове за вакуум стабилизираша система за биещо сърце

Участник	Качество на предложеното медицинско изделие/консуматив	Точки	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Всичко
„Интерагро - 90“ ЕООД	40	40,00	30210,00	60,00	100,00

III

Участник	Качество на предложеното медицинско изделие/консуматив	Точки
„Интерагро - 90“ ЕООД	40	40,00

max 40

II

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки
„Интерагро - 90“ ЕООД	30210,00	60,00

min 30210,00

Предсе

..... д-р Види Пъшев

Членове:

д-р Васил Козаров

..... Даниела Бранкова

..... дегина Михайлова

..... Ралица Туйкова

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

XXIII Аортни пънчове

Участник	Качество на предложеното медицинско изделие/консуматив	Точки	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Всичко
„Интерагро - 90“ ЕООД	40	40,00	3200,00	60,00	100,00

III

Участник	Качество на предложеното медицинско изделие/консуматив	III
„Интерагро - 90“ ЕООД	40	40,00

max 40

II2

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	II2
„Интерагро - 90“ ЕООД	3200,00	60,00

min 3200,00

Председа

Членове:

. д-р Вилин Пъшев

.-р Васил Козаров

Янигела Бранкова

егина Михайлова

. Ралица Туйкова

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от 33ЛД

XXIV Система за вършина аспирация и дренаж

Участник	Качество на предложеното медицинско изделие/консуматив	Точки	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Всичко
"РСР" ЕООД	40	40,00	49695,00	53,89	93,89
"Медимекс - П" ЕООД	40	40,00	44636,00	60,00	100,00

П1

Участник	Качество на предложеното медицинско изделие/консуматив	П2
"РСР" ЕООД	40	40,00
"Медимекс - П" ЕООД	40	40,00

max 40

П2

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П1
"РСР" ЕООД	49695,00	53,89
"Медимекс - П" ЕООД	44636,00	60,00

min 44636,00

Председ

..... д-р Вилн Пъшев

Членове:

д-р Васил Козаров

Даниела Бранкова

Мелниа Михайлова

..... Ранниа Туйкова

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД