



Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

до Десислава Пенчева  
упълномощено лице по чл.7, ал.1 от ЗОП

### ДОКЛАД

№ VII-9- *23* / *29.10* .....2018 г.

Комисията, назначена със Заповед № VII-9-11/26.06.2018 г. и изменена със Заповед № VII-9-20/18.10.2018 г. на Възложителя, за провеждане на открита процедура за сключване на договор с предмет: "Доставка на ангиографски медицински изделия и консумативи", открита с Решение № VII-9-2/21.05.2018 г..

Уважаема г-жа Пенчева,

Комисията за провеждане на открита процедура за сключване на договор с предмет: "Доставка на ангиографски медицински изделия и консумативи", открита с Решение № VII-9-2/21.05.2018 г., приключи своята работа за обособени позиции I, II, III, IV, V, VI, VII и IX и съгласно чл. 60 от ППЗОП изготви доклад за резултатите от работата си.

#### I. Състав на Комисията:

Председател: д-р Жанет Гергелчева – лекар, специалност Кардиология  
Членове: Павлина Макриева – ст. мед. с-ра  
Аделина Михайлова – началник отдел „Правен“  
Ралица Туйкова – експерт по обществени поръчки  
Ива Кралева – счетоводител

Членовете на Комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

В хода на работа на Комисията настъпи следната промяна:

Със заповед № VII-9-20/18.10.2018 г. на Възложителя, във връзка с чл.51, ал.4, т.4 от ППЗОП, по предложение на Председателя на комисия д-р Жанет Гергелчева бе извършена замяна на члена на комисията, Ралица Туйкова, поради прекратяване на трудовите ѝ правоотношения с Болница „Лозенец“ считано от 15.10.2018 г. с инж. Елена Димитрова – експерт по обществени поръчки, която подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

#### II. Номер и дата на заповедта за назначаване на Комисията

Комисията е назначена със заповеди № VII-9-11/26.06.2018 г. и № VII-9-20/18.10.2018 г. на Възложителя. Сроковете и задачите на Комисията не са изменени в хода на работата ѝ.

#### III. Кратко описание на работния процес:

- Комисията, в пълен състав, проведе открито заседание на 26.06.2018 г. в 10.00 за отваряне на получените оферти. На заседанието на Комисията присъства Александър Харизанов, представител на участника „Вега Медикал“ ЕООД, на заседанието не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.

- Комисията, в пълен състав, проведе закрито заседание на 27.06.2018 г. и разгледа офертите в реда на тяхното постъпване, провери предоставените от участниците еЕЕДОП за съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. На основание чл.54, ал.7 от ППЗОП Комисията състави протокол за съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и тъй като установи липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочи в протокол и на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП го изпрати на всички кандидати в деня на публикуването му в профила на купувача – 03.07.2018 г.. Комисията установи, че за обособена позиция № VII “Специални катетри и устройства” не е подадена нито една оферта.

- Комисията, в пълен състав, проведе закрито заседание на 12.10.2018 г., на което разгледа постъпилите допълнителни еЕЕДОП на участниците и установи, че отговарят на изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

- Комисията, в пълен състав, продължи работата си и разгледа техническите предложения на допуснатите участници. Комисията констатира, че техническото предложение на участника: -  
1. "Булмар МЛ" ООД за обособена позиция IV – Балони, не отговаря на предварително обявените изисквания в Техническата спецификация и обявените условия на поръчката;  
2. "Диагностик имиджинг" ООД за обособена позиция IX - Консумативи за инжектомат "ASIST" или еквивалентни е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя;  
3. "Медимаг" ЕООД за обособена позиция I - Водачи и аксесоари, не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;  
4. "Медимаг" ЕООД за обособена позиция IV – Балони, не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;  
5. "Медимаг" ЕООД за обособена позиция V - Стентове, не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;  
6. "Прохелг" ЕООД за обособена позиция VIII - Кардиостимулатори и ресинхронизиращи системи за стимулация CRT, е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя;  
7. "Вега Медикал" ЕООД за обособена позиция I - Водачи и аксесоари, е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя;  
8. "Вега Медикал" ЕООД за обособена позиция II – Катетри, е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя;  
9. "Вега Медикал" ЕООД за обособена позиция III – Интродюсери, е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя;  
10. "Вега Медикал" ЕООД за обособена позиция IV - Балони е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя;  
11. "Вега Медикал" ЕООД за обособена позиция V - Стентове е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя;  
12. "Вега Медикал" ЕООД за обособена позиция VI - Емболизиращи частици, спирали и филтри е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя;  
13. "Интеграгро 90" ЕООД за обособена позиция VIII - Кардиостимулатори и ресинхронизиращи системи за стимулация CRT, не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

- Комисията реши отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници да се извърши на 18.10.2018 г. в 10.00 ч. в административната сграда на Болница „Лозенец“. Обявление за отварянето на ценовите предложения бе публикувано на 15.10.2018 г. в „Профила на купувача“ и „Новини“ в сайта на Университетска болница „Лозенец“.

- Комисията, в пълен състав, проведе открито заседание на 18.10.2018 г. в 10.00 часа, на което не присъстваха представители на участниците. Комисията отвори пликите с предлагани ценови параметри на допуснатите участници и оповести предлаганите цени. Комисията, в пълен състав, продължи работа на закрито заседание и разгледа ценовите предложения на участниците. Комисията установи, че няма ценови предложения, които да надхвърлят прогнозната стойност на съответната обособена позиция, която е максимално допустима. Комисията установи, че не са налични обстоятелствата по чл. 72, ал. 1 от ЗОП. Комисията продължи работата си в закрито заседание и извърши оценка на допуснатите ценови предложения по обявената от Възложителя методика въз основа на критерия за възлагане „най-ниска цена“. Комисията нанесе резултатите от оценяването в таблици **Приложение № 1**.

Комисията извърши класиране по обособени позиции I, II, III, IV, V, VI, VII и IX. Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с класираните на първо място участници по съответните обособени позиции.

Комисията установи, че в ценовото си предложение за обособена позиция VIII участникът "Прохелт" ЕООД заявява, че офериранията единична цена на медицинските изделия за номенклатури 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31.1 не надвишава стойността, до която НЗОК заплаща тези медицински изделия, но в приложението към офертата стойностите за номенклатури 5, 11, 12, 23, 24, 25 и 27 са по-високи. За обособена позиция VIII комисията ще се произнесе след като участникът "Прохелт" ЕООД декларира отговора на запитването по чл. 104, ал. 5 от ЗОП. Разглеждането на разяснението и действията на комисията по VIII обособена позиция ще бъдат отразени в отделен протокол.

**Всички решенията на Комисията са взети с мнозинство, няма изразени особени мнения от член на комисията.**

#### **IV. Участници в процедурата:**

"Булмар МЛ" ООД – за обособена позиция IV

"Диагностик имиджинг" ООД – за обособена позиция IX

"Медимаг" ЕООД - за обособени позиции I, IV и V

"Прохелт" ЕООД - за обособена позиция VIII

"Вега Медикал" ЕООД - за обособени позиции I, II, III, IV, V и VI

"Интерагро-90" ЕООД - за обособена позиция VIII

#### **V. Действия свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите:**

На 26.06.2018 г. в 10.00 часа на открито заседание комисията, на което присъства Александър Харизанов, представител на участника „Вега Медикал“ ЕООД, на заседанието не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване, се отвориха получените с приемо-предавателен протокол постъпилите в срок в Деловодството на Болница „Лозенец“ оферти.

Комисията оповести съдържанието на всяка от офертите, констатира наличие на документи за участие в откритата процедура и отделен запечатан плик с „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на всяка от офертите.

Комисията, в пълен състав, продължи работа си в закрито заседание на 27.06.2018 г. и разгледа офертите в реда на тяхното постъпване, провери предоставените от участниците документи за съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор:

1. Комисията констатира, че участникът „Булмар МЛ“ ООД е декларирал съответствието си с критериите за лично състояние и за подбор в предоставения еЕЕДОП.

Комисията извърши проверка по декларираните обстоятелства в еЕЕДОП, за които участникът е посочил, че е достъпна безплатна информация за органите от съответната база данни

в държавата — членка на ЕС. Комисията констатира верността на декларирания от участника обстоятелства.

2. Комисията констатира, че предоставеният от участника "Диагностик имиджинг" ООД еЕЕДОП е в р7s формат и е подписан с електронен подпис от управителя Бисер Стефанов, но подписът не може да бъде валидиран.

Комисията констатира, че участникът "Диагностик имиджинг" ООД не е използвал създадения от Възложителя за настоящата процедура еЕЕДОП, който е публикуван на профила на купувача и може да бъде изтеглен по електронен път с останалата документация.

Комисията констатира, че участникът "Диагностик имиджинг" ООД е декларирал съответствието си с критериите за лично състояние и за подбор в предоставения еЕЕДОП с изключение на:

- участникът е посочил информация за складова база в параграф "Технически съоръжения и мерки за гарантиране на качеството" от таблица В: „Технически и професионални способности”, част IV „Критерии за подбор”, Раздел „Общо указание за всички критерии за подбор” от ЕЕДОП, но не е декларирал, че складовата база отговаря на изискванията за съхранение и търговия на едро с медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл.78 ал.2 от ЗМИ, гарантиращи своевременно изпълнение на поръчката;

- участникът е посочил в параграф "Инструменти, съоръжения или техническо оборудване" от таблица В: „Технически и професионални способности”, част IV „Критерии за подбор”, Раздел „Общо указание за всички критерии за подбор” от еЕЕДОП транспортните средства, с които разполага за изпълнение на поръчката, но не е декларирал, че транспортните средства, осигуряват правилното съхранение на медицинските изделия при разпространението и транспортирането им, в съответствие с изискванията на чл. 78, ал. 2 от ЗМИ.

3. Комисията констатира, че Участникът "Медимаг" ЕООД е представил еЕЕДОП в р7m формат, който е подписан с валиден електронен подпис от управителя Александър Коцев и еЕЕДОП в PDF формат, който не е подписан.

Комисията констатира, че участникът "Медимаг" ЕООД не е използвал създадения от Възложителя за настоящата процедура еЕЕДОП, който е публикуван на профила на купувача и може да бъде изтеглен по електронен път с останалата документация.

Комисията констатира, че участникът "Медимаг" ЕООД е декларирал съответствието си с критериите за лично състояние и за подбор в предоставения еЕЕДОП с изключение на:

- участникът е посочил информация за складова база в параграф "Технически съоръжения и мерки за гарантиране на качеството" от таблица В: „Технически и професионални способности”, част IV „Критерии за подбор”, Раздел „Общо указание за всички критерии за подбор” от ЕЕДОП, но не е декларирал, че складовата база отговаря на изискванията за съхранение и търговия на едро с медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл.78 ал.2 от ЗМИ, гарантиращи своевременно изпълнение на поръчката;

- участникът е посочил в параграф "Инструменти, съоръжения или техническо оборудване" от таблица В: „Технически и професионални способности”, част IV „Критерии за подбор”, Раздел „Общо указание за всички критерии за подбор” от еЕЕДОП транспортните средства, с които разполага за изпълнение на поръчката, но не е декларирал, че транспортните средства, осигуряват правилното съхранение на медицинските изделия при разпространението и транспортирането им, в съответствие с изискванията на чл. 78, ал. 2 от ЗМИ.

4. Комисията констатира, че участникът "Прохслг" ЕООД е декларирал съответствието си с критериите за лично състояние и за подбор в предоставения еЕЕДОП.

Комисията извърши проверка по декларирания обстоятелства в еЕЕДОП, за които участникът е посочил, че е достъпна безплатна информация за органите от съответната база данни в държавата — членка на ЕС. Комисията констатира верността на декларирания от участника обстоятелства.

5. Комисията констатира, че участникът "Вега Медикал" ЕООД е декларирал съответствието си с критериите за лично състояние и за подбор в предоставения еЕЕДОП с изключение на:

- участникът е посочил информация за складова база в параграф "Технически съоръжения и мерки за гарантиране на качеството" от таблица В: „Технически и професионални способности”, част IV „Критерии за подбор”, Раздел „Общо указание за всички критерии за подбор” от ЕЕДОП, но не е декларирал, че складовата база отговаря на изискванията за съхранение и търговия на едро с медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл.78 ал.2 от ЗМИ, гарантиращи своевременно изпълнение на поръчката;

- участникът е посочил в параграф "Инструменти, съоръжения или техническо оборудване" от таблица В: „Технически и професионални способности”, част IV „Критерии за подбор”, Раздел „Общо указание за всички критерии за подбор” от еЕЕДОП транспортните средства, с които разполага за изпълнение на поръчката, но не е декларирал, че транспортните средства, осигуряват правилното съхранение на медицинските изделия при разпространението и транспортирането им, в съответствие с изискванията на чл. 78, ал. 2 от ЗМИ.

Комисията извърши проверка по декларираните обстоятелства в еЕЕДОП, за които участникът е посочил, че е достъпна безплатна информация за органите от съответната база данни в държавата — членка на ЕС. Комисията констатира верността на декларираните от участника обстоятелства.

6. Комисията констатира, че участникът "Интерагро - 90" ЕООД е декларирал съответствието си с критериите за лично състояние и за подбор в предоставения еЕЕДОП, който е подписан с валиден електронен подпис от управителя Силвия Забунова. Представеният еЕЕДОП не е подписан от Стоян Лазаров – едноличен собственик на капитала..

Комисията извърши проверка по декларираните обстоятелства в еЕЕДОП, за които участникът е посочил, че е достъпна безплатна информация за органите от съответната база данни в държавата — членка на ЕС. Комисията констатира верността на декларираните от участника обстоятелства.

На основание чл.54, ал.7 от ППЗОП Комисията състави протокол за съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и тъй като установи липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочи в протокола и на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП го изпрати на всички кандидати в деня на публикуването му в профила на купувача – 03.07.2018 г.

На 12.10.2018 г. комисията, в пълен състав, продължи работа си с разглеждането на постъпилите документи на участниците. Комисията установи, че в указания срок са постъпили изисканите от участниците документи. Комисията разгледа постъпилите документи на участниците в реда на тяхното постъпване:

1. Комисията извърши проверка по предоставените документи и установи, че в указания срок са постъпили изисканите от участника "Вега Медикал" ЕООД с протокол № VII-9-13/03.07.2018 г. документи.

КОМИСИЯТА пристъпи към разглеждане на постъпилия еЕЕДОП с писмо с входящ № VII-9-14/05.07.2018 г. и установи, че участникът "Вега Медикал" ЕООД е представил еЕЕДОП с отстранени пропуски за обособени позиции I, II, III, IV, V и VI. Представеният от участника "Вега Медикал" ЕООД еЕЕДОП е подписан с валиден електронен подпис от Димитър Иванов – управител.

КОМИСИЯТА РЕШИ:

Допуска "Вега Медикал" ЕООД за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на ангиографски медицински изделия и консумативи", за обособени позиции I, II, III, IV, V и VI.

2. Комисията извърши проверка по предоставените документи и установи, че в указания срок са постъпили изисканите от участника "Интерагро-90" ЕООД с протокол № VII-9-13/03.07.2018 г. документи.

КОМИСИЯТА пристъпи към разглеждане на постъпилите еЕЕДОП с писмо с входящ № VII-9-15/06.07.2018 г. и установи, че участникът "Интерагро-90" ЕООД е представил еЕЕДОП с отстранени пропуски за обособена позиция VIII. Предоставеният от участника "Интерагро-90" ЕООД еЕЕДОП е подписан с валидни електронни подписи от управителя Силвия Забунова и от Стоян Лазаров – едноличен собственик на капитала.

КОМИСИЯТА РЕШИ:

Допуска "Интерагро-90" ЕООД за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на ангиографски медицински изделия и консумативи", за обособена позиция VIII.

3. Комисията извърши проверка по предоставените документи и установи, че в указания срок са постъпили изисканите от участника "Диагностик имиджинг" ООД с протокол № VII-9-13/03.07.2018 г. документи.

КОМИСИЯТА пристъпи към разглеждане на постъпилите еЕЕДОП с писмо с входящ № VII-9-16/10.07.2018 г. и установи, че участникът "Диагностик имиджинг" ООД е представил еЕЕДОП с отстранени пропуски за обособена позиция IX. Предоставеният от участника "Диагностик имиджинг" ООД еЕЕДОП е подписан с валиден електронен подпис от управителя Бисер Стефанов.

КОМИСИЯТА РЕШИ:

Допуска "Диагностик имиджинг" ООД за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на ангиографски медицински изделия и консумативи", за обособена позиция IX.

4. Комисията извърши проверка по предоставените документи и установи, че в указания срок са постъпили изисканите от участника "Медимаг" ЕООД с протокол № VII-9-13/03.07.2018 г. документи.

КОМИСИЯТА пристъпи към разглеждане на постъпилите еЕЕДОП с писмо с входящ № VII-9-17/10.07.2018 г. и установи, че участникът "Медимаг" ЕООД е представил еЕЕДОП с отстранени пропуски за обособени позиции I, IV и V. Предоставеният от участника "Медимаг" ЕООД еЕЕДОП е подписан с валиден електронен подпис от управителя Александър Коцев.

КОМИСИЯТА РЕШИ:

Допуска "Медимаг" ЕООД за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на ангиографски медицински изделия и консумативи", за обособени позиции I, IV и V.

Комисията продължи своята работа на закрито заседание и разгледа техническите предложения на допуснатите участници в реда на подаване на офертите, и като ги съпостави с изискванията на Възложителя, заложи в техническата спецификация установи, че:

1. Участникът "Булмар МЛ" ООД е представил техническо предложение за обособена позиция IV - Балони.

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Участникът не е предоставил мостри на офертираните продукти по номенклатури 1, 3 и 7. Комисията извърши проверка и установи, че офертираните медицински изделия са били доставяни в Болница „Лозенец“ през последните три години. Участникът е предоставил мостри на офертираните продукти по номенклатури 2, 4, 5, 6, 8, 9 и 10. Комисията извърши проверка дали офертираните продукти по номенклатури 8, 9 и 10 са включени в списъка

на НЗОК, публикуван на сайта <https://www.nhif.bg/page/1467> и установи, че са включени в Списъка на медицинските изделия, прилагани в болничната помощ, които НЗОК ще заплаща извън стойността на клиничните пътеки. Участникът е предложил срокът на всяка доставка да бъде до 5 дни от получаването на писмената заявка от възложителя, а срокът за спешна доставка да бъде до 24 часа от получаването на заявката от възложителя. Комисията извърши проверка по предоставените документи и мостри и установи, че офериранияте медицински изделия съответстват на изискванията заложи в техническата спецификация, с изключение на:

- оферирани са едни и същи продукти по номенклатури 1 и 3, 4 и 5;

Комисията РЕШИ:

Предвид посочените констатации, Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, да отстрани участника "Булмар МЛ" ООД от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на ангиографски медицински изделия и консумативи" за обособена позиция IV - Балони.

Мотиви:

Участникът "Булмар МЛ" ООД е представил техническо предложение за обособена позиция IV - Балони, което не отговаря на предварително обявените изисквания в Техническата спецификация - оферирани са едни и същи продукти по номенклатури 1 и 3, 4 и 5. Участникът "Булмар МЛ" ООД е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

2. Участникът "Диагностик имиджинг" ООД е представил техническо предложение за обособена позиция IX - Консумативи за инжектомат "ASIST" или еквивалентни.

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Участникът не е предоставил мостри на офериранияте продукти. Комисията извърши проверка и установи, че офериранияте медицински изделия са били доставяни в Болница „Лозенец“ през последните три години. Комисията извърши проверка по предоставените документи и установи, че офертата отговаря на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ) и съответства на изискванията заложи в техническата спецификация. Участникът е предложил срокът на всяка доставка да бъде до 1 ден от получаването на писмената заявка от възложителя, а срокът за спешна доставка да бъде до 4 часа от получаването на заявката от възложителя. Участникът е декларирал, че информацията, съдържаща се в т.10.1, т. 10.2, т.11 и т. 12 от Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка е конфиденциална.

Комисията РЕШИ:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника "Диагностик имиджинг" ООД за обособена позиция IX - Консумативи за инжектомат "ASIST" или еквивалентни е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

3. Участникът "Медимаг" ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция I - Водачи и аксесоари.

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Участникът е предоставил мостри на офериранияте продукти. Участникът е предложил срокът на всяка доставка да бъде до 3 дни от получаването на писмената заявка от възложителя, а срокът за спешна доставка да бъде до 24 часа от получаването на заявката от възложителя. Участникът е декларирал, че информацията, съдържаща се в Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка е конфиденциална. Комисията извърши проверка по предоставените документи и мостри и установи, че офериранияте медицински изделия съответстват на изискванията заложи в техническата спецификация, с изключение на:

- оферирани са едни и същи продукти по номенклатури 1.1 и 1.2, 1.3 и 1.10, 1.7 и 1.13, 1.4 и 1.12, 1.5 и 1.14, 1.9 и 1.15, 1.17 и 1.18;

- оферираният продукт по номенклатура 1.16 е с друг производител, а не посоченият в техническото предложение;

- за номенклатура 2.4 е представена мостра с каталожен номер, който не съвпада с този от техническото предложение;

Комисията РЕШИ:

Предвид посочените констатации, Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, да отстрани участника "Медимаг" ЕООД от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на ангиографски медицински изделия и консумативи" за обособена позиция I - Водачи и аксесоари.

**Мотиви:**

Участникът "Медимаг" ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция I - Водачи и аксесоари, което не отговаря на предварително обявените изисквания в Техническата спецификация - оферирани са едни и същи продукти по номенклатури 1.1 и 1.2, 1.3 и 1.10, 1.7 и 1.13, 1.4 и 1.12, 1.5 и 1.14, 1.9 и 1.15, 1.17 и 1.18, за номенклатура 2.4 е представена мостра с каталожен номер, който не съвпада с този от техническото предложение и за номенклатура 2.4 е представена мостра с каталожен номер, който не съвпада с този от техническото предложение. Участникът "Медимаг" ЕООД е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

4. Участникът "Медимаг" ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция IV - Балони.

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Участникът е предоставил мостри на оферираните продукти. Комисията извърши проверка дали оферираните продукти по номенклатури 8, 9 и 10 са включени в списъка на НЗОК, публикуван на сайта <https://www.nhif.bg/page/1467> и установи, че са включени в Списъка на медицинските изделия, прилагани в болничната помощ, които НЗОК ще заплаща извън стойността на клиничните пътеки. Участникът е предложил срокът на всяка доставка да бъде до 3 дни от получаването на писмената заявка от възложителя, а срокът за спешна доставка да бъде до 24 часа от получаването на заявката от възложителя. Участникът е декларирал, че информацията, съдържаща се в Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка е конфиденциална. Комисията извърши проверка по предоставените документи и мостри и установи, че оферираните медицински изделия съответстват на изискванията заложи в техническата спецификация, с изключение на:

- оферирани са едни и същи продукти по номенклатури 1, 3 и 4;

- оферираните продукти по номенклатури 8, 9 и 10 са с друг производител, а не посоченият в техническото предложение;

Комисията РЕШИ:

Предвид посочените констатации, Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, да отстрани участника "Медимаг" ЕООД от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на ангиографски медицински изделия и консумативи" за обособена позиция IV - Балони.

**Мотиви:**

Участникът "Медимаг" ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция IV - Балони, което не отговаря на предварително обявените изисквания в Техническата спецификация - оферирани са едни и същи продукти по номенклатури 1, 3 и 4 и оферираните продукти по номенклатури 8, 9 и 10 са с друг производител, а не посоченият в техническото предложение. Участникът "Медимаг" ЕООД е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

5. Участникът "Медимаг" ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция V - Стентове.



Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Участникът е предоставил мостри на офериранияте продукти. Комисията извърши проверка дали офериранияте продукти са включени в списъка на НЗОК, публикуван на сайта <https://www.nhif.bg/page/1467> и установи, че са включени в Списъка на медицинските изделия, прилагани в болничната помощ, които НЗОК ще заплаща извън стойността на клиничните пътеки. Участникът е предложил срокът на всяка доставка да бъде до 3 дни от получаването на писмената заявка от възложителя, а срокът за спешна доставка да бъде до 24 часа от получаването на заявката от възложителя. Участникът е декларирал, че информацията, съдържаща се в Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка е конфиденциална. Комисията извърши проверка по предоставените документи и мостри и установи, че офериранияте медицински изделия съответстват на изискванията заложи в техническата спецификация, с изключение на:

- оферирани са едни и същи продукти по номенклатури 1 и 2; 3 и 4; 5, 6, 7 и 11; 8, 9 и 10;

- за номенклатури 1 и 2 е посочен код в списъка на НЗОК, който не съответства на офериранияте продукти;

Комисията РЕШИ:

Предвид посочените констатации, Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, да отстрани участника "Медимаг" ЕООД от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на ангиографски медицински изделия и консумативи" за обособена позиция V - Стенгове.

**Мотиви:**

Участникът "Медимаг" ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция V - Стенгове, което не отговаря на предварително обявените изисквания в Техническата спецификация - оферирани са едни и същи продукти по номенклатури 1 и 2; 3 и 4; 5, 6, 7 и 11; 8, 9 и 10 и за номенклатури 1 и 2 е посочен код в списъка на НЗОК, който не съответства на офериранияте продукти. Участникът "Медимаг" ЕООД е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

6. Участникът "Прохелт" ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция VIII - Кардиостимулатори и ресинхронизиращи системи за стимулация CRT.

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Участникът не е предоставил мостри на офериранияте продукти. Комисията извърши проверка и установи, че офериранияте медицински изделия са били доставяни в Болница „Лозенец“ през последните три години. Комисията извърши проверка дали офериранияте продукти са включени в списъка на НЗОК, публикуван на сайта <https://www.nhif.bg/page/1467> и установи, че са включени в Списъка на медицинските изделия, прилагани в болничната помощ, които НЗОК ще заплаща извън стойността на клиничните пътеки. Комисията извърши проверка по предоставените документи и установи, че офертата отговаря на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ) и съответства на изискванията заложи в техническата спецификация. Участникът е предложил срокът на всяка доставка да бъде до 2 дни от получаването на писмената заявка от възложителя, а срокът за спешна доставка да бъде до 2 часа от получаването на заявката от възложителя.

Комисията РЕШИ:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника "Прохелт" ЕООД за обособена позиция VIII - Кардиостимулатори и ресинхронизиращи системи за стимулация CRT е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

7. Участникът "Вега Медикал" ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция I - Водачи и аксесоари.

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Участникът не е предоставил мостри на офертираните продукти. Комисията извърши проверка и установи, че офертираните медицински изделия са били доставяни в Болница „Лозенец“ през последните три години. Комисията извърши проверка по предоставените документи и установи, че офертата отговаря на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ) и съответства на изискванията заложи в техническата спецификация. Участникът е предложил срокът на всяка доставка да бъде до 2 дни от получаването на писмената заявка от възложителя, а срокът за спешна доставка да бъде до 24 часа от получаването на заявката от възложителя.

Комисията РЕШИ:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника **"Вега Медикал" ЕООД** за обособена позиция I - Водачи и аксесоари е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

8. Участникът **"Вега Медикал" ЕООД** е представил техническо предложение за обособена позиция II - Катетри.

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Участникът не е предоставил мостри на офертираните продукти. Комисията извърши проверка и установи, че офертираните медицински изделия са били доставяни в Болница „Лозенец“ през последните три години. Комисията извърши проверка по предоставените документи и установи, че офертата отговаря на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ) и съответства на изискванията заложи в техническата спецификация. Участникът е предложил срокът на всяка доставка да бъде до 2 дни от получаването на писмената заявка от възложителя, а срокът за спешна доставка да бъде до 24 часа от получаването на заявката от възложителя.

Комисията РЕШИ:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника **"Вега Медикал" ЕООД** за обособена позиция II - Катетри е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

9. Участникът **"Вега Медикал" ЕООД** е представил техническо предложение за обособена позиция III - Интродюсери.

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Участникът не е предоставил мостри на офертираните продукти. Комисията извърши проверка и установи, че офертираните медицински изделия са били доставяни в Болница „Лозенец“ през последните три години. Комисията извърши проверка по предоставените документи и установи, че офертата отговаря на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ) и съответства на изискванията заложи в техническата спецификация. Участникът е предложил срокът на всяка доставка да бъде до 2 дни от получаването на писмената заявка от възложителя, а срокът за спешна доставка да бъде до 24 часа от получаването на заявката от възложителя.

Комисията РЕШИ:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника **"Вега Медикал" ЕООД** за обособена позиция III - Интродюсери е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

10. Участникът **"Вега Медикал" ЕООД** е представил техническо предложение за обособена позиция IV - Балони.

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Участникът не е предоставил мостри на офертираните продукти. Комисията извърши проверка и установи, че офертираните медицински изделия са били доставяни в Болница „Лозенец“ през последните три години. Комисията извърши проверка дали офертираните продукти по номенклатури 8, 9 и 10 са включени в списъка на НЗОК, публикуван на сайта <https://www.nhif.bg/page/1467> и установи, че са включени в Списъка на медицинските изделия, прилагани в болничната помощ, които НЗОК ще заплаща извън стойността на клиничните пътеки. Комисията извърши проверка по предоставените документи и установи, че офертата отговаря на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ) и съответства на изискванията заложи в техническата спецификация. Участникът е предложил срокът на всяка доставка да бъде до 2 дни от получаването на писмената заявка от възложителя, а срокът за спешна доставка да бъде до 24 часа от получаването на заявката от възложителя.

Комисията РЕШИ:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника **"Вега Медикал" ЕООД** за обособена позиция IV - Балони е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

11. Участникът **"Вега Медикал" ЕООД** е представил техническо предложение за обособена позиция V - Стентове.

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Участникът не е предоставил мостри на офертираните продукти. Комисията извърши проверка и установи, че офертираните медицински изделия са били доставяни в Болница „Лозенец“ през последните три години. Комисията извърши проверка дали офертираните продукти са включени в списъка на НЗОК, публикуван на сайта <https://www.nhif.bg/page/1467> и установи, че са включени в Списъка на медицинските изделия, прилагани в болничната помощ, които НЗОК ще заплаща извън стойността на клиничните пътеки. Комисията извърши проверка по предоставените документи и установи, че офертата отговаря на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ) и съответства на изискванията заложи в техническата спецификация. Участникът е предложил срокът на всяка доставка да бъде до 2 дни от получаването на писмената заявка от възложителя, а срокът за спешна доставка да бъде до 24 часа от получаването на заявката от възложителя.

Комисията РЕШИ:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника **"Вега Медикал" ЕООД** за обособена позиция V - Стентове е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

12. Участникът **"Вега Медикал" ЕООД** е представил техническо предложение за обособена позиция VI - Емболизиращи частици, спирали и филтри.

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Участникът не е предоставил мостри на офертираните продукти. Комисията извърши проверка и установи, че офертираните медицински изделия са били доставяни в Болница „Лозенец“ през последните три години. Комисията извърши проверка дали офертираните продукти са включени в списъка на НЗОК, публикуван на сайта <https://www.nhif.bg/page/1467> и установи, че продуктите по номенклатури 2, 3, 4, 5, 6 и 7 не се заплащат извън стойността на клиничните пътеки и за тях изискването е неприложимо, а офертираните продукти по номенклатури 1, 8 и 9 са включени в Списъка на медицинските изделия, прилагани в болничната помощ, които НЗОК ще заплаща извън стойността на клиничните пътеки. Комисията извърши проверка по предоставените документи и установи, че офертата отговаря на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ) и съответства на изискванията заложи в техническата спецификация. Участникът е предложил срокът на всяка доставка да бъде до 2 дни от

получаването на писмената заявка от възложителя, а срокът за спешна доставка да бъде до 24 часа от получаването на заявката от възложителя.

Комисията РЕШИ:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника "Вега Медикал" ЕООД за обособена позиция VI - Емболизиращи частици, спирали и филтри е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

13. Участникът "Интерагро 90" ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция VIII - Кардиостимулатори и ресинхронизиращи системи за стимулация CRT.

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Участникът е предоставил мостри на офертираните продукти по номенклатури. Участникът е предложил срокът на всяка доставка да бъде до 1 ден от получаването на писмената заявка от възложителя, а срокът за спешна доставка да бъде до 18 часа от получаването на заявката от възложителя. Комисията извърши проверка дали офертираните продукти са включени в списъка на НЗОК, публикуван на сайта <https://www.nhif.bg/page/1467> и установи, че:

- по номенклатура 8 участникът е офертирал Пулсгенераторно устройство тип DDD (реимплантация), а е посочил код на Двукухинен кардиостимулатор DDDR, в комплект с два електрода с пасивна фиксация;

- по номенклатури 11 и 12 е офертирал продукти, като е посочил за производител Medtronic Inc, в списъка на НЗОК офертираните продукти са с производител OSCOR Inc.;

- по номенклатура 27 участникът е офертирал Ресинхронизираща терапия - CTR-P система за стимулация в комплект с електроди, съвместима с ЯМР изследване, а е посочил код на Ресинхронизираща терапия - CTR-P система за стимулация в комплект с електроди;

- офертираните продукти по номенклатури 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 и 31.1 са включени в Списъка на медицинските изделия, прилагани в болничната помощ, които НЗОК ще заплаща извън стойността на клиничните пътеки.

Комисията извърши проверка по предоставените документи и мостри и установи, че офертираните медицински изделия съответстват на изискванията заложи в техническата спецификация, с изключение на:

- по номенклатури 11 и 12 е офертирал продукти, като е посочил за производител Medtronic Inc, а в приложените каталози и мостри за тези номенклатури е производител OSCOR Inc.;

- за офертираният продукт по номенклатура 21 не е представена декларация за съответствие.

Комисията РЕШИ:

Предвид посочените констатации, Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, да отстрани участника "Интерагро 90" ЕООД от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на ангиографски медицински изделия и консумативи" за обособена позиция VIII - Кардиостимулатори и ресинхронизиращи системи за стимулация CRT.

**Мотиви:**

Участникът "Интерагро 90" ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция VIII - Кардиостимулатори и ресинхронизиращи системи за стимулация CRT, което не отговаря на предварително обявените изисквания в Техническата спецификация - по номенклатура 8 участникът е офертирал Пулсгенераторно устройство тип DDD (реимплантация), а е посочил код на Двукухинен кардиостимулатор DDDR, в комплект с два електрода с пасивна фиксация, по номенклатури 11 и 12 е офертирал продукти, като е посочил за производител Medtronic Inc, в списъка на НЗОК офертираните продукти са, в приложените каталози и мостри за тези номенклатури е производител OSCOR Inc., по номенклатура 27 участникът е офертирал Ресинхронизираща терапия - CTR-P система за стимулация в комплект с електроди, съвместима с ЯМР изследване, а е посочил код на Ресинхронизираща терапия - CTR-P система за стимулация в

комплект с електроди, за оферираният продукт по номенклатура 21 не е представена декларация за съответствие. Участникът "Интерагро 90" ЕООД е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Комисията реши отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници да се извърши на 18.10.2018 г. в 10.00 ч. в административната сграда на Болница „Лозенец“. Обявление за отварянето на ценовите предложения да бъде публикувано на 15.10.2018 г. в „Профила на купувача“ и „Новини“ в сайта на Болница „Лозенец“.

На 18.10.2018 г. в 10.00 часа, комисията в пълен състав продължи работата си с публично заседание. Заседанието се ръководи от председателя на комисията.

На заседанието не присъстваха упълномощени представители на участниците.

Комисията отвори пликовете с предлагани ценови параметри на допуснатите участници по реда на подаване на офертите. При отваряне на ценовите оферти Председателят на Комисията оповести предлаганите цени. С това Комисията приключи заседанието.

Комисията, в пълния си състав, продължи работата си в закрито заседание и разгледа ценовите предложения на участниците:

Комисията, в пълния си състав, продължи работата си в закрито заседание и разгледа ценовите предложения на участниците. Комисията установи, че ценовите предложения на допуснатите участници не надхвърлят прогнозната стойност на съответната обособена позиция, която е максимално допустима.

Комисията продължи работата си в закрито заседание и извърши оценка на допуснатите ценови предложения по обявената от Възложителя методика въз основа на критерия за възлагане „най-ниска цена“ .

Комисията нанесе резултатите от оценяването в таблици **Приложение № 1**, неразделна част от протокола.

Комисията извърши класиране по обособени позиции.

#### **VI. Класиране на участниците:**

Комисията извърши класиране по обособени позиции, както следва:

**по Обособена позиция I:** - Водачи и аксесоари:

на първо място се класира участникът "Вега Медикал" ЕООД със 100.00 точки;

**по Обособена позиция II:** Катетри:

на първо място се класира участникът "Вега Медикал" ЕООД със 100.00 точки;

**по Обособена позиция III:** Интродюсери:

на първо място се класира участникът "Вега Медикал" ЕООД със 100.00 точки;

**по Обособена позиция IV:** Балони:

на първо място се класира участникът "Вега Медикал" ЕООД със 100.00 точки;

Оферираната единична цена за номенклатури 8, 9 и 10 не надвишава стойността, до която НЗОК заплаща тези медицински изделия, определена в Списъка с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, съставен по реда на чл.13, ал.2, т.2 от Наредба № 10 от 24.03.2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.6, т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл.82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето, публикуван на сайта на НЗОК: <https://www.nhif.bg/page/1467> и актуален към датата на подаване на офертата.

по Обособена позиция V: Стентове:

на първо място се класира участникът "Вега Медикал" ЕООД със 100.00 точки;  
Оферираната единична цена за всички номенклатури не надвишава стойността, до която НЗОК заплаща тези медицински изделия, определена в Списъка с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, съставен по реда на чл.13, ал.2, т.2 от Наредба № 10 от 24.03.2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.6, т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл.82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето, публикуван на сайта на НЗОК: <https://www.nhif.bg/page/1467> и актуален към датата на подаване на офертата.

по Обособена позиция VI: Емболизиращи частици, спирали и филтри:

на първо място се класира участникът "Вега Медикал" ЕООД със 100.00 точки;  
Комисията извърши проверка дали оферираните продукти са включени в списъка на НЗОК, публикуван на сайта <https://www.nhif.bg/page/1467> и установи, че продуктите по номенклатури 2, 3, 4, 5, 6 и 7 не се заплащат извън стойността на клиничните пътеки и за тях изискването е неприложимо, а оферираните продукти по номенклатури 1, 8 и 9 са включени в Списъка на медицинските изделия, прилагани в болничната помощ, които НЗОК ще заплаща извън стойността на клиничните пътеки. Оферираната единична цена за номенклатури 1, 8 и 9 не надвишава стойността, до която НЗОК заплаща тези медицински изделия, определена в Списъка с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, съставен по реда на чл.13, ал.2, т.2 от Наредба № 10 от 24.03.2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.6, т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл.82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето, публикуван на сайта на НЗОК: <https://www.nhif.bg/page/1467> и актуален към датата на подаване на офертата.

по Обособена позиция VIII: Кардиостимулатори и ресинхронизиращи системи за стимулация CRT:

Общата стойност в ценовото предложение на участника "Прохелг" ЕООД за обособената позиция не надхвърля прогнозната ѝ стойност

Оферираната единична цена в ценовото предложение на участника "Прохелг" ЕООД за номенклатури 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 26, 28, 29, 30 и 31.1 не надвишава стойността, до която НЗОК заплаща тези медицински изделия, определена в Списъка с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, съставен по реда на чл.13, ал.2, т.2 от Наредба № 10 от 24.03.2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.6, т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл.82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето, публикуван на сайта на НЗОК: <https://www.nhif.bg/page/1467> и актуален към датата на подаване на офертата.

Във връзка с това, че в ценовото си предложение участникът "Прохелг" ЕООД заявява, че оферираната единична цена за номенклатури: 5, 11, 12, 23, 24, 25 и 27 не трябва да надвишава стойността, до която НЗОК заплаща тези медицински изделия, определена в Списъка с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, съставен по реда на чл.13, ал.2, т.2 от Наредба № 10 от 24.03.2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.6, т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл.82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето, публикуван на сайта на НЗОК: <https://www.nhif.bg/page/1467> и актуален към датата на подаване на офертата, а в Приложение към ценовото предложение единични цени за горепосочените номенклатури надвишават стойността, до която НЗОК заплаща тези медицински

изделия, комисията реши на основание чл.104, ал.5 от ЗОП да изпрати до участника "Прохелт" ЕООД запитване относно верността на заявените обстоятелства.

**по Обособена позиция IX:** Консумативи за инжектомат "ASIST" или еквивалентни:  
на първо място се класира участникът "Диагностик имиджинг" ООД със 100.00 точки;

#### **VII. Предложение за отстраняване на участници:**

1. Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, да отстрани участника "Булмар МЛ" ООД от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на ангиографски медицински изделия и консумативи" за обособена позиция IV - Балони.

2. Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, да отстрани участника "Медимаг" ЕООД от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на ангиографски медицински изделия и консумативи" за обособена позиция I - Водачи и аксесоари.

3. Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, да отстрани участника "Медимаг" ЕООД от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на ангиографски медицински изделия и консумативи" за обособена позиция обособена позиция IV – Балони.

4. Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, да отстрани участника "Медимаг" ЕООД от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на ангиографски медицински изделия и консумативи" за обособена позиция V - Стентове.

5. Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, да отстрани участника "Интерагро 90" ЕООД от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на ангиографски медицински изделия и консумативи" за обособена позиция VIII - Кардиостимулатори и ресинхронизиращи системи за стимулация CRT.

#### **VIII. Мотиви за допускане или отстраняване на всеки участник:**

1. Мотиви за отстраняване на участника "Булмар МЛ" ООД за обособена позиция IV- Балони:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор. Участникът е представил техническо предложение, което не отговаря на предварително обявените изисквания в Техническата спецификация - оферирани са едни и същи продукти по номенклатури 1 и 3, 4 и 5. Участникът "Булмар МЛ" ООД е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

2. Мотиви за допускане на участника "Диагностик имиджинг" ООД за обособена позиция IX - Консумативи за инжектомат "ASIST" или еквивалентни:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложен в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

3. Мотиви за отстраняване на участника "Медимаг" ЕООД за обособена позиция I - Водачи и аксесоари:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор. Участникът е представил техническо предложение за обособена позиция I - Водачи и аксесоари, което не отговаря на предварително обявените изисквания в Техническата спецификация - оферирани са едни и същи продукти по номенклатури 1.1 и 1.2, 1.3 и 1.10, 1.7 и 1.13, 1.4 и 1.12, 1.5 и 1.14, 1.9 и 1.15, 1.17 и 1.18, за номенклатура 2.4 е представена мостра с каталожен номер, който не съвпада с този от техническото предложение и за номенклатура 2.4 е представена мостра с каталожен номер, който не съвпада с този от техническото предложение. Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

4. Мотиви за отстраняване на участника "Медимаг" ЕООД за обособена позиция IV - Балони:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор. Участникът е представил техническо предложение, което не отговаря на предварително обявените изисквания в Техническата спецификация - оферирани са едни и същи продукти по номенклатури 1, 3 и 4 и оферираните продукти по номенклатури 8, 9 и 10 са с друг производител, а не посоченият в техническото предложение. Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

5. Мотиви за отстраняване на участника "Медимаг" ЕООД за обособена позиция IV - Балони:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор. Участникът е представил техническо предложение, което не отговаря на предварително обявените изисквания в Техническата спецификация - оферирани са едни и същи продукти по номенклатури 1 и 2; 3 и 4; 5, 6, 7 и 11; 8, 9 и 10 и за номенклатури 1 и 2 е посочен код в списъка на НЗОК, който не съответства на оферираните продукти. Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

6. Мотиви за допускане на участника "Прохелт" ЕООД за обособена позиция VIII - Кардиостимулатори и ресинхронизиращи системи за стимулация CRT:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложен в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

Оферираната единична цена в ценовото предложение на участника "Прохелт" ЕООД за номенклатури 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 26, 28, 29, 30 и 31.1 не надвишава стойността, до която НЗОК заплаща тези медицински изделия, определена в Списъка с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, съставен по реда на чл.13, ал.2, т.2 от Наредба № 10 от 24.03.2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.6, т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл.82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето, публикуван на сайта на НЗОК: <https://www.nhif.bg/page/1467> и актуален към датата на подаване на офертата.

Във връзка с това, че в ценовото си предложение участникът "Прохелт" ЕООД заявява, че оферираната единична цена за номенклатури: 5, 11, 12, 23, 24, 25 и 27 не трябва да надвишава



стойността, до която НЗОК заплаща тези медицински изделия, определена в Списъка с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, съставен по реда на чл.13, ал.2, т.2 от Наредба № 10 от 24.03.2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.6, т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл.82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето, публикуван на сайта на НЗОК: <https://www.nhif.bg/page/1467> и актуален към датата на подаване на офертата, а в Приложение към ценовото предложение единични цени за горепосочените номенклатури надвишават стойността, до която НЗОК заплаща тези медицински изделия, комисията реши на основание чл.104, ал.5 да изпрати до участника "Прохелт" ЕООД запитване относно верността на заявените обстоятелства.

7. Мотиви за допускане на участника **"Вега Медикал" ЕООД** за обособена позиция I - Водачи и аксесоари:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложи в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

8. Мотиви за допускане на участника **"Вега Медикал" ЕООД** за обособена позиция II – Катетри:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложи в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

9. Мотиви за допускане на участника **"Вега Медикал" ЕООД** за обособена позиция III – Интродюсери:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложи в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

10. Мотиви за допускане на участника **"Вега Медикал" ЕООД** за обособена позиция IV - Балони:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложи в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

11. Мотиви за допускане на участника **"Вега Медикал" ЕООД** за обособена позиция V - Стентове:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложи в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

12. Мотиви за допускане на участника "Вега Медикал" ЕООД за обособена позиция VI - Емболизиращи частици, спирали и филтри:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложени в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция. Участникът "Вега Медикал" ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция VI - Емболизиращи частици, спирали и филтри.

13. Мотиви за отстраняване на участника "Интерагро 90" ЕООД за обособена позиция VIII - Кардиостимулатори и ресинхронизиращи системи за стимулация CRT:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор. Участникът е представил техническо предложение, което не отговаря на предварително обявените изисквания в Техническата спецификация - по номенклатура 8 участникът е оферирал Пулсгенераторно устройство тип DDD (реимплантация), а е посочил код на Двухухинен кардиостимулатор DDDR, в комплект с два електрода с пасивна фиксация, по номенклатури 11 и 12 е оферирал продукти, като е посочил за производител Medtronic Inc, в списъка на НЗОК оферираните продукти са, в приложените каталози и мостри за тези номенклатури е производител OSCOR Inc., по номенклатура 27 участникът е оферирал Ресинхронизираща терапия - CTR-P система за стимулация в комплект с електроди, съвместима с ЯМР изследване, а е посочил код на Ресинхронизираща терапия - CTR-P система за стимулация в комплект с електроди, за оферираният продукт по номенклатура 21 не е представена декларация за съответствие. Участникът "Интерагро 90" ЕООД е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

#### **IX. Предложение за сключване на договор с класирания на първо място участник**

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с класираните на първо място участници, по обособени позиции, както следва:

по Обособена позиция I: Водачи и аксесоари - с участника "Вега Медикал" ЕООД;

по Обособена позиция II: Катетри - с участника "Вега Медикал" ЕООД;

по Обособена позиция III: Интродюсери - с участника "Вега Медикал" ЕООД;

по Обособена позиция IV: Балони - с участника "Вега Медикал" ЕООД;

по Обособена позиция V: Стентове - с участника "Вега Медикал" ЕООД;

по Обособена позиция VI: Емболизиращи частици, спирали и филтри - с участника "Вега Медикал" ЕООД;

по Обособена позиция IX: Консумативи за инжектомат "ASIST" или еквивалентни - с участника "Диагностик имиджинг" ООД.

#### **X. Предложение за прекратяване на процедурата**

Комисията предлага на възложителя да прекрати процедурата на основание чл. 110, ал.1, т.1 от ЗОП за обособена позиция № VII Специални катетри и устройства.

**Мотиви:** Не е подадена нито една оферта.

