



Директор проф. д-р Любомир Спасов д.м.

Уважаеми участници,



В отговор на постъпило писмено искане за разяснение по документацията за участие за откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Отделение по Клинична патология, Отделение по трансфузионна хематология и Лаборатория по медицинска генетика и молекулярна биология в Болница „Лозенец““, одобрена с Решение № VII-19-2/17.10.2018 г. с Номер в РОП: 00684-2018-0017 на основание чл.33, ал.2 от ЗОП възложителят публикува в нормативно определения срок следният отговор на поставеният въпрос:

**Въпрос:**

Относно обособена позиция XXVI – „Китове за апарат Qiagen Rotorgene Q или еквивалентни“ номенклатурна единица № 6:

„Китове за изследване/детекция на полиморфизми в гени за фактори на кръвосъсирването“ - Всички китове за изследване/детекция на полиморфизми в гени за фактори на кръвосъсирването, трябва да са от един производител и да се изпълняват при идентични температурни условия, което да позволява изследването на една проба за няколко мутации в различни фактори едновременно.

Мярка – кит

Количество - 1

По същество съдържанието на този ред има описателен характер и маркира изисквания, които се отнасят до последващите няколко номенклатурни реда. Но в същия момент, наличието на мярка и количество наемква за самостоятелен номенклатурен ред.

Бихте ли уточнили дали този ред следва да се приема като заглавен?

**Отговор:**

В конкретния случай, този ред следва да се приема като заглавен за номенклатурни единици от № 7 до № 12 включително.

За Възложителя:



/Десислава Пенчева,  
упълномощено лице по чл.7 от ЗОП/