



Вх. № VII-3-6/12.06.2020

Уважаеми участници,

В отговор на постъпили писмени искания за разяснение по документацията за участие за откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: *„Доставка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Отделение по Клинична патология, Отделение по трансфузионна хематология и Лаборатория по медицинска генетика и молекулярна биология“*, открита с Решение № VII-3-2/18.05.2020 г., публикувано под № 05947-2020-0003 в Регистъра на обществените поръчки, поддържан от Агенцията за обществени поръчки, на основание чл.33, ал.2 от ЗОП възложителят публикува в нормативно определения срок, следният отговор на поставените въпроси:

Въпрос № 1: По Обособена позиция III “Затворена система за вземане на кръв”, за отчитане на какво следва да е апарата, който участникът предоставя за безвъзмездно ползване?

Отговор на въпрос № 1: Обособена позиция III “Затворена система за вземане на кръв” се отнася за апарат, който отчита ESR (CUE) и е свързан към информационната болнична система.

Въпрос № 2: По Обособена позиция III “Затворена система за вземане на кръв” – ПОЗИЦИЯ 15 – микроепруветки /ESR/ - пипета и статив, статива за микроепруветки различен ли е от статива за стандартните размери?

Отговор на въпрос № 2: Номенклатура № 15 от Обособена позиция III “Затворена система за вземане на кръв” – микроепруветки /ESR/ - пипета и статив се отнася за Микростатив с микроепруветки в комплект, различен от стандартния, който трябва да е съвместим със “Затворена система за вземане на кръв” - апарат, който отчита ESR (CUE).

Въпрос № 3: Относно т. 3.3.1. подточка а от документацията, какви документи следва да се представят за доказване на поставеното изискване? Това изискване отнася ли се за Обособена позиция III “Затворена система за вземане на кръв”?

Отговор на въпрос № 3:

Възложителят е поставил изисквания към реактивите и консумативите, които са предмет на обществената поръчка, изискванията са подробно описани, както в техническата спецификация, така и в документацията за участие:

3.3.1. а) да отговарят на изискванията, определени в действащите нормативни актове и в Техническата спецификация, която е неразделна част от настоящата документация за участие /оферираните реактиви и консумативи по чл.2 и чл.3 от ЗМИ трябва да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия/;

б) да притежават сертификата за качество и декларация за съответствие съгласно чл.14, ал.2 от ЗМИ – заверено от участника копие, както и нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл.15 от ЗМИ (посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят), в случаите, когато се оферира медицински изделия;

Изискванията се отнасят и за Обособена позиция III “Затворена система за вземане на кръв”.

Въпрос № 4: За обособена поз. № XXXIII "Хистотека за парафинови блокчета и микроскопски препарати" като изискване и за двата вида архиватори са посочени еднакви

размери - 48 x 48 x 27 см. Ако за блокчетата височина от 27 см е нормална, за микроскопските препарати (предметни стъкла) вероятно е допусната техническа грешка. Моля да уточните ще приемете ли размер за архиватор за предметни стъкла 48 x 48 x 14 см?

Отговор на въпрос № 4: В обособена позиция № XXXIII "Хистотека за парафинови блокчета и микроскопски препарати", в номенклатура №2 „Хистотека за микроскопски препарати р-ри 48x48x27 см, метална с капацитет 6000 стъкла, цвят сив“ е допусната техническа грешка. Да се чете: „Хистотека за микроскопски препарати р-ри 48x48x14 см, метална с капацитет 6000 стъкла, цвят сив“.

Въпрос № 5: Обособена позиция XXXIII "Други консумативи за молекулярна генетика", номенклатура № 15 - възможно ли е и тук исканият обем на епруветките 5 мл да е техническа грешка и да става въпрос за 15 мл, или 50 мл?

Отговор на въпрос № 5: В Обособена позиция XXXII "Други консумативи за молекулярна генетика", в номенклатура № 15 „Епруветки тип Falcon ,облодънни, с капачка, градуирани, 5 ml, свободни от ДНази и РНази, стерилни“ е допусната техническа грешка. Да се чете: „Епруветки тип Falcon ,облодънни, с капачка, градуирани, 15 ml, свободни от ДНази и РНази, стерилни“

Въпрос № 6: Обособена позиция XXXIII "Други консумативи за молекулярна генетика", номенклатура № 14 - "Филтърна хартия, пакетна 45 x 45 см, - 10 опаковки". Различните производители предлагат различни опаковки. Каква опаковка се има предвид - с колко брой листа/опаковка?

Отговор на въпрос № 6: За Обособена позиция XXXII "Други консумативи за молекулярна генетика", номенклатура № 14 - "Филтърна хартия, пакетна 45 x 45 см, - 10 опаковки" се изисква общо прогнозно количество за период от 1 година от общо 1000 листа филтърна хартия, пакетна 45 x 45 см.

За Възложителя:

/Д.
упълномощено лице по чл.7 от ЗОП/

Заличени обстоятелства на основание чл. 2 от ЗЗЛД