

Болница
ЛОЗЕНЕЦLOZENETS
Hospital

1407 София, ул. "Козяк" No 1

тел.: (02) 9607-223 факс.: (02) 962-4771

Изпълнителен директор проф. д-р Любомир Спасов д.м.

ИЗХ № VII-3-7/15.06.2020

Уважаеми участници,

В отговор на постъпили писмени искания за разяснение по документацията за участие за откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Отделение по Клинична патология, Отделение по трансфузионна хематология и Лаборатория по медицинска генетика и молекулярна биология“, открита с Решение № VII-3-2/18.05.2020 г., публикувано под № 05947-2020-0003 в Регистъра на обществените поръчки, поддържан от Агенцията за обществени поръчки, на основание чл.33, ал.2 от ЗОП възложителят публикува в нормативно определения срок, следният отговор на поставеният въпрос:

Въпрос № 1: По Обособена позиция III “Затворена система за вземане на кръв”, Позиция 7 – епруветки /ESR/ Na Citrate 0.129 M/ - 1.2 мл, с предоставяне на апарат за автоматично отчитане. Моля, да предоставите подробни параметри на апарата, който участникът предоставя за безвъзмездно ползване?

Отговор на въпрос № 1: В Обособена позиция III “Затворена система за вземане на кръв”, номенклатура №7, се изисква предоставяне на апарат за отчитане на Скорост за утаяване на еритроцити (СУЕ)/ (ESR), който да е съвместим с предлаганите от изпълнителя епруветки за СУЕ (ESR) и да има възможност за включване към съществуващата болнична информационна система.

За Възложителя:

упълномощено лице по от ЗОП/



Заличени обстоятелства на основание чл. 2 от ЗЗМД