



Уважаеми участници,

В отговор на постъпило писмено искане за разяснение по документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на консумативи и инструменти за операционен блок по обособени позиции за период от 12 месеца”**, на основание чл. 29, ал. 2 от ЗОП възложителят публикува в нормативно определения срок следните отговори на поставените въпроси:

Първи въпрос:

За обособена позиция III „Хирургически контейнери и аксесоари за стерилизация“, подпозиция 9 – „Комплект 2 бр. контейнер с капак за плазмена стерилизация на инструменти, с размер 254x432 мм, съвместими с нискотемпературен плазмен стерилизатор STERIS V-Pro 1 Plus или еквивалентен“ не е дадена височината на контейнера. Да се поясни височината на контейнерите.

Отговор на първи въпрос:

Контейнерите за обособена позиция III „Хирургически контейнери и аксесоари за стерилизация“, подпозиция 9 – „Комплект 2 бр. контейнер с капак за плазмена стерилизация на инструменти, с размер 254x432 мм, съвместими с нискотемпературен плазмен стерилизатор STERIS V-Pro 1 Plus или еквивалентен“ трябва да са с височина 100 мм с капак и 85 мм без капак.

Втори въпрос:

Възможно ли е участие с приблизителни, по-малки, размери като 400 x 225 x 55 мм?

Отговор на втори въпрос:

Не се допуска участие с продукти с различни от описаните в техническата спецификация размери.

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

За Възложителя:

/Десислава Пенчева/